



Minuteman® G1 & G3 Interspinous Interlaminar Fusion Device
Minuteman® HA-Coated G1 & G3 Interspinous Interlaminar Fusion Device

IMPORTANT INFORMATION ON THE MINUTEMAN INTERSPINOUS INTER-LAMINAR FUSION DEVICE
WICHTIGE INFORMATIONEN ZUM MINUTEMAN INTERSPINOSEN INTERLAMINAREN FUSIONSIMPLANTAT
INFORMACIÓN IMPORTANTE ACERCA DEL DISPOSITIVO MINUTEMAN DE FUSIÓN INTERLAMINAR E
INTERESPINOSA INFORMACIÓN IMPORTANTE CONCERNANT LE DISPOSITIF DE FUSION INTERLAMINAIRE
MINUTEMAN INFORMAZIONI IMPORTANTI SUL DISPOSITIVO DI FUSIONE INTERSPINOZA INTERLAMINARE
MINUTEMAN TÄRKEÄÄ TIETOA SELKÄRANGAN NIKAMAVÄLILEVYNYSÄISESTÄ MINUTEMAN-
FUUSIOLAITTEESTA VIKTIG INFORMATION OM MINUTEMAN-ANORDNING FÖR BAKRE FUSION MELLAN
MINUTEMAN INTERLAMINÄR FUSIEHJULPMIDDEL WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE MIĘDZYWARSTWOWEGO
IMPLANTU MINUTEMAN DO STABILIZACJI MIĘDZYWYROSTKOWEJ INFORMACÕES IMPORTANTES SOBRE O
DISPOSITIVO MINUTEMAN DE FUSÃO INTERLAMINAR PARA APOFISES ESPINHAS INFORMAÇÕES
IMPORTANTES SOBRE O DISPOSITIVO MINUTEMAN DE FUSÃO INTERLAMINAR PARA PROCESSOS
INTERESPINHOSOS MINUTEMAN INTERSPINOZ INTERLAMINAR FUZYON ÇHAZI HAKKINDA ÖNEMLİ
BİLGİLER

USA Contact
Spinal Simplicity, LLC
10995 Quivira Road
Overland Park, Kansas
66210 USA
T: 913.451.4414
information@spinalsimplicity.com

EC REP
Europe Contact
Maastrichterlaan 127-129
6291 EN Vaais
T: +31 (0)43 306 33 20
F: +31 (0)43 306 33 38
info@meditech.nl
K.v.K nr.: 1408.6283



ENGLISH IMPORTANT INFORMATION ON THE MINUTEMAN INTERSPINOUS INTER-LAMINAR FUSION DEVICE

Purpose:
The Minuteman System is an interspinous interlaminar fusion device intended for the stabilization of the non-cervical spine (T1-S1). When using the percutaneous technique at levels of L3 or above, a preoperative CT is recommended to ensure a safe trajectory to the spine. The percutaneous technique may not be performed for levels above L1.

Description:
The Minuteman consists of spinous process plates and surgical instruments. Implants are made of Titanium alloy Ti-6AL-4V ELI per ASTM F136 standards and Ti-6AL-4V per ASTM F1472 standards.
Caution: The Minuteman is manufactured from a titanium alloy which is known to produce MRI artifacts. Patients should be advised to disclose the presence of the Minuteman prior to an MRI exam. Failure to do so may affect the quality of diagnostic information obtained from these scans. The Minuteman is MRI safe.

Indication for Use:
The Minuteman System is an interspinous interlaminar fusion device intended to provide stabilization of the non-cervical spine (T1-S1). It can be used as an adjunct to interbody and/or posterior fusion or as a standalone fixation device. The Minuteman is indicated in the treatment of the following conditions:

- Degenerative disc disease
Spinal stenosis
Spondylolisthesis

The Minuteman can be used in single or multilevel constructs. It can be used alone or in combination with other spinal devices (e.g. pedicle screws, facet screws, anterior plates or interbody cages). The Minuteman can be used with or without bone grafting.

- Contraindications:
The Minuteman is contraindicated in patients with:
An allergy to titanium or titanium alloy
Spinal anatomy or disease that would prevent implantation of the device, or cause the device to be unstable in situ such as:
Significant instability of the lumbar spine;
An ankylosed segment at the affected level(s);
Acute fracture of the spinous process or pars interarticularis;
Significant scoliosis (Cobb angle greater than 25 degrees);
Diagnosis of severe osteoporosis
Active systemic infection or infection localized to the site of implantation
Insufficient quality or quantity of bone, which would inhibit rigid device fixation
Incompetent or missing posterior arch
Pregnancy

- Possible Adverse Effects:
Device related:
Implant dislodgement/migration
Implant not positioned correctly
Fracture of the spinous process
Additional surgery, including removal of the Minuteman device
Foreign body reaction
Mechanical failure of the device
Failure of the device/procedure to improve symptoms and/or function

- Surgery related:
Myocardial infarction
Infection
Blood vessel damage/bleeding
Deep vein thrombosis
Hematoma
Pneumonia
Neurological system compromise
Stroke
Nerve injury or spinal cord damage
Paralysis
Thrombus formation
Graft donor site complications, including pain, fracture or wound healing complications
Dural tear
Wound dehiscence or delayed healing
Pain/discomfort at the operative site
Death

Warnings:
The Minuteman components are not to be connected to the components of devices from another manufacturer. Titanium implants should not be mixed with stainless steel implants in the same construct. A successful result is not always achieved in every surgical case. This fact is especially true in spinal surgery, where many extenuating circumstances may compromise the results.

Precautions:
Preoperative and operating procedures, including knowledge of surgical techniques and proper selection and placement of implants, are important considerations in the successful utilization of the Minuteman by the surgeon. Further, the proper selection and compliance of the patient will greatly affect the results. Patients who smoke have been shown to have an increased incidence of non-unions. These patients should be advised of this fact and warned of the consequences. Obese, malnourished, and/or alcoholic patients are poor candidates for spinal fusion. Patients

with poor muscle and bone quality and/or nerve paralysis are also poor candidates for spinal fusion.

The surgeon must be fully conversant with all aspects of the surgical technique and know the indicator and contra-indicators of this type of implant. Before beginning the surgical procedure, the surgeon must be acquainted with the specific technique for insertion of the implant, which is available from the manufacturer. Never re-use any implant even if it appears unmarked or undamaged. Any implant implanted and then removed must be discarded.

Use only new implants for each case. Implants are not to be re-sterilized. Re-use of the implants could result in infection.

General Conditions of Use:
The information contained in this package insert is necessary but not sufficient for the use of this device. This information is not intended as a substitute for the professional judgment, skill and experience of the surgeon in: careful patient selection; preoperative planning; device selection; knowledge of the anatomy and biomechanics of the spine; understanding of the material and the mechanical characteristics of the implants used; training and skill in both spinal surgery and use of associated instruments for implantation; securing the patients cooperation in following an appropriately defined postoperative management program, and conducting postoperative follow-up examinations.

- Preoperative:
As part of the preoperative examination, the surgeon must check that no factors, especially biological and biomechanical, will affect the correct performance of the implant during the operation and postoperative period.
Only patients that meet the criteria described in the indications For Use should be selected.
Patient conditions and/or pre-dispositions such as those addressed in the aforementioned contraindications should not be selected.
Care should be used in the handling and storage of the Minuteman components. Implants and instruments should be protected during storage especially from corrosive environments.
The type of construct to be assembled for the case should be determined prior to beginning the surgery. Based on the fatigue testing results, the surgeon should consider the levels of implantation, patient weight, patient activity level, other patient conditions, etc. which may have an impact on the performance of the Minuteman. An adequate inventory of implant sizes should be available at the time of surgery, including an excess of implant sizes expected to be used and implant sizes larger and smaller than those expected to fit in the patient.
Since mechanical parts are involved, the surgeon should be familiar with the various components before using the equipment, and should personally assemble each device to be used to verify that all parts and necessary instruments are present before the surgery begins. Damaged or defective instruments should not be used. Contact the manufacturer for repair or replacement instructions.
All components should be cleaned and sterilized before use. Additional sterile components should be available in case of an unexpected need.

- Intraoperative:
At all times, extreme caution should be used around the spinal cord and nerve roots. Damage to nerves may result in loss of neurological functions.
Breakage, slippage or misuse of instruments or implant components may cause injury to the patient or operative personnel.
The correct selection of the type and size of implant appropriate to the patient, and positioning of the implant, are extremely important to allow maximum chances for a successful surgical result.
Bone grafts, if used, must be placed in the area to be fused and be in contact with viable bone.

- Postoperative:
The physician's postoperative directions and warnings to the corresponding patient are important to allow maximum chances for a successful surgical result. Detailed instructions on the use and limitations of the device should be given to the patient. If excessive or early weight-bearing, or excessive muscular activity is discouraged during the early postoperative rehabilitation period, the patient must be warned that bending, loosening or breakage of the components are complications which can occur as a result of this activity. The risks of bending, loosening or breakage of the components are complications which can occur as a result of this activity, or if the patient is debilitated, demented, or using weight supporting devices. The patient should be warned to avoid falls or sudden jolts to lessen the possibility for bending, loosening or breakage of the internal fixation device.
To allow maximum chances for a successful surgical result, the patient or device should not be exposed to mechanical vibrations that may loosen the device construct. The patient should be warned of this possibility, and instructed to limit physical activities, especially lifting, twisting and any type of sport participation. The patient should be advised not to smoke, utilize nicotine products or consume alcohol or nonsteroidal anti-inflammatory drugs such as aspirin during the bone graft healing process.
The patient should be advised of their inability to bend at the point of spinal fusion and taught to compensate for this permanent physical restriction in body motion.
If a nonunion develops or if the components loosen, bend, and/or break, the device(s) should be revised and/or removed immediately before serious injury occurs. Failure to immobilize a delayed nonunion of bone will result in excessive and repeated stresses on the implant. By the mechanism of fatigue these stresses can cause eventual bending, loosening, or breakage of the device(s).
The patient should be fully instructed in the appropriate postoperative care. The patient's ability and willingness to follow, as well as comprehension of the importance of following, instructions are one of the most important aspects of successful postoperative healing.
Implanted surgical implants must never be reused.
As a precaution, before patients with implants receive any subsequent surgery (such as dental procedures), prophylactic antibiotics should be considered, especially for patients with increased risk for infection.

Sterility:
Gamma irradiation is indicated by the "Sterile-R" symbol on the Minuteman implant labeling. These devices remain sterile as long as the package integrity has not been violated.

Packaging:
Packages for each of the Minuteman components should be intact upon receipt. Inspect each package prior to use and do not use the component if any seal or cavity is damaged or breached or if the expiration date has been exceeded. Once opened, the component must be used, discarded, or returned to manufacturer. If a loaner or consignment instrument system is used, all sets should be carefully checked for completeness to ensure there is no damage prior to use. Damaged packages or products should never be used and should be returned to the manufacturer.

Handling and storage:
The Minuteman implants and instruments must be stored with care. Before use, inspect all instrumentation for proper function, possible damage, wear or non-function. Damaged or defective instruments should not be used. Note: that at some point in time, instruments wear out and should be replaced. Contact the manufacturer for repair or replacement instructions.

Recommendations for Care and Cleaning of Minuteman Surgical Instrument System:
Both physical and chemical (detergent) processes are necessary to minimize the bioburden on all soiled items. Chemical (detergent) cleaners alone cannot remove all soil and debris, therefore a careful manual cleaning of each item is essential for maximum decontamination. Spinal Simplicity recommends the use of a mild enzymatic detergent with a near-neutral pH prepared following the manufacturer's instructions for preparation and use. Saline solution should NOT be used, as saline has a corrosive effect on stainless steel. Remove heavy or large debris using single-use, non-shedding wipes soaked in cleaning solution. Immerse instruments in prepared bath. Using a soft bristle brush (do not use steel brushes) brush all surfaces of the instruments while they are submerged in bath, ensuring that all visible soil is removed. Whenever applicable: use a pipe cleaner and syringe to clean all cannulae, lumens, crevices, grooves and hard to reach areas. Repeatedly operate/bend/articulate all moveable components while cleaning. Allow instruments to soak in detergent prepared bath for manufacturer's recommended soaking time. Final cleaning and disinfecting should be performed via sonication or an automated washer/disinfector cycle. See below recommendations for each:

- Sonication:
1. Remove the instruments from bath and rinse in tap water for a minimum of 3 minutes. Thoroughly and aggressively flush lumen, holes, and difficult-to-reach areas.
2. Place prepared cleaning agents in a sonication unit. Completely submerge instruments in cleaning solution and sonicate for 10 minutes at 45-50 kHz.
3. Rinse instruments in purified water for at least 3 minutes.
4. Visually inspect to determine if all visible soil has been removed from the surfaces, lumen, cannulae, crevices, serrations, threading, etc. If visible soil remains, repeat the cleaning/disinfecting procedure.
5. Dry the instruments with single-use, non-shedding absorbent wipes and/or medical compressed air (e.g. interiors and cannulae). Be sure to completely dry the instruments immediately after rinse to inhibit corrosion.
Automated Washer:
1. Remove instruments from bath and rinse in purified water for a minimum of 1 minute. Thoroughly and aggressively flush lumen, holes, and difficult-to-reach areas.
2. Place instruments in a suitable washer/disinfector basket and process through a standard washer/disinfector cleaning cycle. The following minimum parameters are essential for thorough cleaning and disinfecting.
a. 2 minute prewash with cold tap water
b. 20 second enzyme spray with hot tap water
c. 1 minute enzyme soak

- d. 15 second cold tap water rinse
- e. 2 minute detergent wash with hot tap water (64-66°C/146-150°F)
- f. 15 second hot tap water rinse
- g. 2 minute thermal rinse (80-93°C/176-200°F)
- h. 10 second purified water rinse (64-66°C/146-150°F)
- i. 7 to 30 minute hot air dry (116°C/240°F)

NOTE: The washer/disinfectant manufacturer's instructions should be strictly adhered to.

3. Visually inspect to determine if all visible soil has been removed from the surfaces, lumen, cannulae, crevices, serrations, threading, etc. If visible soil remains, repeat the cleaning/disinfecting procedure.

Cautions: certain cleaning solutions such as those containing formalin, glutaraldehyde, mercury, active chlorine, chloride, bromine, bromide, iodine, and/or alkaline cleaners may damage some instruments. Such cleaning solutions should not be used.

Recommendations for Sterilization of Minuteman Surgical Instrument System:

For typical steam autoclave cycles, the following are recommended times and temperatures:

1. **Prevacuum Sterilizer:**
 Wrapped cases, trays and instruments, or cases, trays and instruments should be exposed to 135° C (275° F) for at least 3 minutes. Dry for 30 minutes.

Product Complaints:

Communicate suspected deficiencies in product quality, identity, durability, reliability, safety, effectiveness and/or performance directly to Spinal Simplicity, LLC. When filing a complaint provide component name(s), part number(s), lot number(s), your name and address, the nature of the complaint and patient case number. Sterilize and return all component(s) to Spinal Simplicity, LLC. Notify Spinal Simplicity, LLC immediately of any complaints and any incidents resulting in patient death or serious injury.

DEUTSCH

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUM MINUTEMAN INTERSPINOSEN INTERLAMINAREN FUSIONSIMPLANTAT

Verwendungsweck:

Das Minuteman-System ist ein interspinoes interlaminares Fusionsimplantat zur Stabilisierung der lumbosakralen Wirbelsäule im Bereich L1 bis S1. Die Implantation erfolgt über einen lateralen Zugang, auf der Höhe L3 und darüber wird ein präoperatives CT empfohlen, um eine sichere Bahn zur Wirbelsäule zu gewährleisten.

Beschreibung:

Das Minuteman-System besteht aus Dornfortsatz-Platten und chirurgischen Instrumenten. Die Implantate sind aus der Titanlegierung Ti-6Al-4V ELI gemäß Norm ASTM F136 und Ti-6Al-4V gemäß Norm ASTM F1472 hergestellt. Achtung: Das Minuteman-Implantat wird aus einer Titanlegierung gefertigt, die bekannterweise MRT-Artefakte erzeugt.

Der Patient ist darauf hinzuweisen, vor einer MRT-Untersuchung anzugeben, dass er ein Minuteman-Implantat hat. Anderenfalls kann dies Auswirkungen auf die Qualität der aus den Aufnahmen abgeleiteten diagnostischen Informationen haben. Das Minuteman-Implantat ist MRT-sicher.

Indikation:

Das Minuteman Dornfortsatz-System ist ein interspinoes interlaminares Fusionsimplantat zur Stabilisierung der lumbosakralen Wirbelsäule (L1-S1). Es kann als Zusatzimplantat zur Wirbelkörperfusion und/oder posteriorer Fusion oder als unabhängiges Fixierungssystem verwendet werden. Das Minuteman-Implantat ist zur Behandlung der folgenden Erkrankungen indiziert:

- Degenerative Bandscheibenerkrankung
- Spinal(kanal)stenose
- Spondylolisthesis

Das Minuteman-Implantat kann in ein- oder mehrstufigen Konstrukten verwendet werden. Es kann allein oder in Kombination mit anderen Wirbelsäulenvorrichtungen (z. B. Pedikelschrauben, Facettenschrauben, anterioren Platten oder Zwischenwirbelkäggen [Cage]) verwendet werden. Das Minuteman-Implantat kann mit oder ohne Knochenstransplantat verwendet werden.

Kontraindikationen:

Das Minuteman-Implantat ist bei Patienten kontraindiziert, auf die Folgendes zutrifft:

- Allergie gegen Titan oder Titanlegierung
- eine Wirbelsäulenatombie oder -erkrankung, die einer Implantation des Systems im Wege stehen oder eine In-situ-Instabilität des Systems verursachen würde, z. B.
 - erhebliche Instabilität der LWS
 - ein ankylosiertes Segment auf der/den betroffenen Höhe(n)
 - akute Fraktur des Dornfortsatzes oder der Pars interarticularis
 - erhebliche Skoliose (Cobb-Winkel über 25 Grad)
- Diagnose einer schweren Osteoporose
- aktive systemische Infektion oder Infektion an der Implantationsstelle
- unzureichende Knochenqualität oder -quantität, die eine starre Implantatfixierung verhindern würde
- inkompletter oder fehlender posteriorer Bogen
- Schwangerschaft

Mögliche unerwünschte Ereignisse:

Produktbezogen:

- Verlagerung/Migration des Implantats
- falsche Positionierung des Implantats
- Fraktur des Dornfortsatzes
- Reoperation, einschließlich Entfernung des Minuteman-Implantats
- Fremdkörperreaktion
- mechanisches Versagen des Produkts
- Ausbleiben einer Besserung der Symptome und/oder Funktion durch das Implantat/Verfahren

Operationsbezogen:

- Myokardinfarkt
- Infektion
- Beschädigung von Blutgefäßen/Hämorrhagie
- Tiefe Venenthrombose
- Hämatom
- Lungenerzündung
- Beeinträchtigung des Nervensystems
- Schlaganfall
- Nervenverletzung oder Beschädigung des Rückenmarks
- Lähmung
- Thrombusbildung
- Komplikationen an der Transplantatentnahmestelle, einschließlich Schmerzen, Fraktur oder Wundheilungskomplikationen
- Duraisackriss
- Wunddehiszenz oder Heilungsverzögerung
- Schmerzen/Beschwerden an der Operationsstelle
- Tod

Warnhinweise:

Die Minuteman-Komponenten dürfen nicht mit den Komponenten von Implantaten anderer Hersteller verbunden werden. Titanimplantate dürfen nicht mit Edelstahl-Implantaten im gleichen Konstrukt kombiniert werden. Nicht bei jedem chirurgischen Eingriff wird ein erfolgreiches Ergebnis erzielt. Dieser Vorbehalt gilt insbesondere für die Wirbelsäulenchirurgie, wo viele besondere Umstände die Ergebnisse beeinträchtigen können.

Vorsichtsmaßnahmen:

Die präoperativen und Operationsverfahren, einschließlich Kenntnis der Operationstechniken und die richtige Auswahl und Platzierung von Implantaten, sind wichtige Faktoren bei der erfolgreichen Anwendung des Minuteman-Implantats durch den Chirurgen. Außerdem wirken sich die korrekte Patientenauswahl und Therapietreue wesentlich auf die Ergebnisse aus. Bei Patienten, die rauchen, wurde eine erhöhte Häufigkeit von Nichtverheilungen nachgewiesen. Diese Patienten sind auf diesen Umstand hinzuweisen und vor den Folgen zu warnen. Adipöse, unterernährte und/oder alkoholabhängige Patienten sind ungeeignete Kandidaten für eine Wirbelsäulenfusion. Patienten mit mangelhafter Muskel- und Knochenqualität und/oder Nervenlähmung sind ebenfalls ungeeignete Kandidaten für eine Wirbelsäulenfusion.

Der Chirurg muss umfassend mit allen Aspekten der Operationstechnik vertraut sein und die Indikationen und Kontraindikationen dieses Implantattyps kennen. Der Chirurg muss vor Beginn des chirurgischen Eingriffs mit der speziellen Technik für den Einsatz des Implantats vertraut sein, über die der Hersteller genauere Angaben machen kann. Ein Implantat darf niemals wiederverwendet werden, selbst wenn es keine Markierungen oder Beschädigungen aufzuweisen scheint. Ein implantiertes und später explantiertes Implantat muss entsorgt werden.

Für jeden Fall muss ein neues Implantat verwendet werden. Implantate dürfen nicht resterilisiert werden. Eine Wiederverwendung von Implantaten kann zu einer Infektion führen.

Allgemeine Verwendungsbedingungen:

Die in dieser Packungsbeilage enthaltenen Informationen sind notwendig, jedoch nicht hinreichend für die Verwendung dieses Produkts. Diese Informationen sind nicht als Ersatz für das klinische Fachwissen, die Kompetenz und Erfahrung des Chirurgen bei folgenden Verfahren bestimmt: Sorgfältige Patientenauswahl; operationsvorbereitende Planung; Auswahl des Implantats; Kenntnis der Anatomie und Biomechanik der Wirbelsäule; Kenntnis des Materials und der mechanischen Eigenschaften der verwendeten Implantate; Schulung und Fertigkeit in der Wirbelsäulenchirurgie und Verwendung der zugehörigen Instrumente zur Implantation; Sicherstellen der Kooperation des Patienten durch Einhaltung eines angemessenen definierten postoperativen Behandlungsprogramms sowie Durchführung von postoperativen Nachsorgeuntersuchungen.

Präoperativ:

- Im Rahmen der präoperativen Untersuchung muss der Chirurg prüfen und sicherstellen, dass keine Faktoren, insbesondere biologische und biomechanische, vorliegen, die die ordnungsgemäße Leistung des Implantats während der Operation und während der postoperativen Phase beeinträchtigen könnten.
- Nur Patienten, die die im Abschnitt „Indikationen“ beschriebenen Kriterien erfüllen, dürfen ausgewählt werden.
- Patienten mit Gesundheitsproblemen und/oder Prädispositionen, wie die im vorstehenden Abschnitt „Kontraindikationen“ aufgeführten, dürfen nicht ausgewählt werden.
- Bei der Handhabung und Lagerung der Minuteman-Komponenten ist Vorsicht geboten. Implantate und Instrumente sind während der Lagerung insbesondere vor korrodierenden Einflüssen zu schützen.
- Die Art des für den Patientenfall aufzubauenden Konstrukts muss vor Beginn des Eingriffs bestimmt werden. Auf der Grundlage der Ergebnisse von Ermüdungstests sollte der Chirurg die Implantationshöhen, das Gewicht des Patienten, das Aktivitätsniveau des Patienten und andere Patientenbedingungen etc. erwägen, die sich auf die Leistung des Minuteman-Implantats auswirken könnten. Zum Zeitpunkt des Eingriffs sollte ein adäquater Bestand an Implantaten verschiedener Größen zur Verfügung stehen. Es sollten mehr Implantate der erwarteten Größe und größere und kleinere Implantatgrößen als die erwartungsgemäß für den Patienten geeigneten Größen bereit gehalten werden.
- Da mechanische Teile enthalten sind, sollte der Chirurg mit den verschiedenen Komponenten vor dem Gebrauch des Produkts vertraut sein. Er sollte jedes zu verwendende Implantat selbst zusammensetzen, um sich zu vergewissern, dass alle Teile und notwendigen Instrumente vorhanden sind, bevor der Eingriff beginnt. Beschädigte oder defekte Instrumente dürfen nicht verwendet werden. Nehmen Sie mit dem Hersteller Kontakt bezüglich Reparatur oder Anweisungen für Ersatzleistungen auf.
- Alle Komponenten müssen vor der Verwendung gereinigt und sterilisiert werden. Zusätzliche sterile Komponenten sollten für den Fall eines unerwarteten Bedarfs bereit gehalten werden.

Intraoperativ:

- Bei der Arbeit im Bereich des Rückenmarks und der Nervenwurzeln ist zu allen Zeiten äußerste Vorsicht geboten. Eine Verletzung der Nerven kann zu einem Verlust von neurologischen Funktionen führen.
- Ein Bruch, Ausrutschen oder Fehlgebrauch von Instrumenten oder Implantatkomponenten kann eine Verletzung des Patienten oder OP-Personals verursachen.
- Die richtige Auswahl des bzw. der für den Patienten geeigneten Typs und Größe des Implantats sowie die Positionierung des Implantats sind äußerst wichtig, um die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Operationsergebnisses zu erhöhen.
- Wenn Knochenstransplantate verwendet werden, müssen diese im zu fusionierenden Bereich eingebracht werden und mit vitalem Knochen in Kontakt sein.

Postoperativ:

- Die postoperativen Anweisungen und Warnhinweise des Arztes für den entsprechenden Patienten sind wichtig, um die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Operationsergebnisses zu erhöhen. Dem Patienten sind detaillierte Anweisungen zum Gebrauch und zu den Einschränkungen des Produkts zu geben. Dem Patienten ist von einer übermäßigen oder zu frühen Belastung oder übermäßiger Muskelaktivität in der frühen postoperativen Rehabilitationsphase abzuraten. Der Patient muss warnend darauf hingewiesen werden, dass diese Aktivitäten zu Komplikationen wie Verbiegung, Lockerung oder Bruch der Komponenten führen können. Es besteht das Risiko, dass als Ergebnis dieser Aktivitäten oder wenn der Patient geschwächt oder dement ist oder gewichtstützende Vorrichtungen verwendet, Komplikationen wie eine Verbiegung, Lockerung oder ein Bruch der Komponenten auftreten können. Der Patient ist darauf hinzuweisen, dass Stürze oder plötzliche Stöße zu vermeiden sind, um die Möglichkeit einer Verbiegung, Lockerung oder eines Bruchs der internen Fixierungsvorrichtung zu reduzieren.
- Um die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Operationsergebnisses zu erhöhen, sollte der Patient oder das Implantat keinen mechanischen Schwingungen ausgesetzt werden, die das Implantatkonstrukt lockern könnten. Der Patient ist auf diese Möglichkeit hinzuweisen und anzuweisen, seine körperlichen Aktivitäten einzuschränken, besonders Hebevorgänge, Drehbewegungen und Ausübung von Sportarten. Der Patient ist anzuweisen, im Verlauf des Heilungsprozesses des Knochenstransplantats nicht zu rauchen, keine Nikotinprodukte zu verwenden, keinen Alkohol zu konsumieren und keine nicht steroidalen entzündungshemmenden Medikamente, wie z. B. Aspirin, einzunehmen.
- Der Patient ist darauf hinzuweisen, dass er sich im Bereich der Wirbelsäulenfusion nicht beugen kann. Ihm ist beizubringen, wie er diese dauerhafte körperliche Einschränkung der Körperbewegung kompensieren kann.
- Wenn eine Fusion ausbleibt oder eine Lockerung, Verbiegung und/oder ein Bruch der Komponenten auftritt, ist/sind das/die Implantate zu korrigieren und/oder sofort zu entfernen, bevor sich der Patient eine schwere Verletzung zuzieht. Erfolgt bei einer verzögerten Nichtverheilung des Knochens keine Immobilisierung, kommt es zu übermäßigen und wiederholten Belastungen des Implantats. Aufgrund des Ermüdungsmechanismus können diese Belastungen zu letztendlicher Verbiegung, Lockerung oder zum Bruch des/der Implantats/Implantate führen.
- Der Patient sollte umfassend unterwiesen werden, wie er sich in der postoperativen Phase verhalten muss. Die Fähigkeit und Bereitschaft des Patienten, Anweisungen zu befolgen, und die Einsicht, dass es von größter Bedeutung ist, die Anweisungen zu befolgen, gehören zu den wichtigsten Aspekten eines erfolgreichen postoperativen Heilungsprozesses.
- Explantierte chirurgische Implantate dürfen auf keinen Fall wieder verwendet werden.
- Bevor Patienten mit Implantaten einer weiteren Operation unterzogen werden (z. B. zahnärztliche Eingriffe), ist als Vorsichtsmaßnahme die prophylaktische Gabe von Antibiotika in Erwägung zu ziehen, besonders bei Patienten mit erhöhtem Infektionsrisiko.

Sterilität:

Das „Sterile-R“-Symbol auf dem Etikett des Minuteman-Implantats gibt an, dass das Produkt mit Gammastrahlung sterilisiert wurde. Diese Produkte bleiben steril, solange die Integrität der Verpackung nicht beeinträchtigt ist.

Verpackung:

Die Verpackung aller Minuteman-Komponenten sollte beim Empfang unversehrt sein. Prüfen Sie jede Verpackung vor dem Gebrauch und verwenden Sie die Komponente nicht, wenn ein Verschluss oder ein Hohlraum beschädigt oder aufgebrochen ist oder wenn das Verfallsdatum überschritten ist. Wenn die Verpackung einmal geöffnet wurde, muss die Komponente verwendet, entsorgt oder an den Hersteller zurückgeschickt werden. Wenn ein Instrumentensystem auf Leih- oder Konsignationsbasis verwendet wird, sind alle Sets vor dem Gebrauch sorgfältig auf Vollständigkeit hin zu prüfen, um sicherzustellen, dass sie nicht beschädigt sind. Beschädigte Packungen oder Produkte dürfen unter keinen Umständen verwendet werden und sind an den Hersteller zurückzugeben.

Handhabung und Lagerung:

Die Minuteman-Implantate und Instrumente müssen sorgfältig gelagert werden. Vor dem Gebrauch sind alle Instrumente auf vorschriftsmäßige Funktion, mögliche Schäden, Abnutzung oder Funktionsunfähigkeit zu überprüfen. Beschädigte oder defekte Instrumente dürfen nicht verwendet werden. Hinweis: Alle Instrumente sind eines Tages abgenutzt und müssen ersetzt werden. Nehmen Sie mit dem Hersteller Kontakt bezüglich Reparatur oder Anweisungen für Ersatzleistungen auf.

Empfehlungen zur Pflege und Reinigung des Minuteman-Operationsinstrumentariums:

Sowohl physikalische als auch chemische (Reinigungsmittel) Verfahren sind erforderlich, um die Kontamination (Bioabrunder) verschmutzte Artikel auf ein Mindestmaß zu beschränken. Chemische (Reinigungsmittel) Reiner allein können nicht alle Verschmutzungen und Ablagerungen entfernen. Daher ist für eine optimale Dekontamination eine gründliche manuelle Reinigung jedes Elements wichtig. Spinal Simplicity empfiehlt den Einsatz eines milden Enzymreinigers mit einem nahezu neutralen pH-Wert, der entsprechend den Herstellungs- und Gebrauchsanweisungen des Herstellers angesetzt wird. Kochsalzlösungen sind NICHT zu verwenden, da Kochsalz eine korrodierende Wirkung auf Edelstahl hat. Entfernen Sie starke oder große Ablagerungen mit einem fusselfreien, mit einer Reinigungslösung getränkten Einmalwischtuch. Legen Sie die Instrumente in ein vorbereitetes Bad ein. Bürsten Sie alle Oberflächen der Instrumente mit einer weichen Bürste (keine Stahlbürsten verwenden) ab, während sie im Bad eingetaucht sind. Stellen Sie sicher, dass alle sichtbaren Verschmutzungen entfernt wurden. Falls anwendbar: Reinigen Sie alle Kanülen, Lumen, Spalten, Nute und schwer zugänglichen Bereiche mit einer Rohrbürste und Spritze. Betätigen/biegen/bewegen Sie alle beweglichen Komponenten bei der Reinigung. Lassen Sie die Instrumente die vom Hersteller empfohlene Einwirkzeit im Reinigungsmittelbad liegen. Eine abschließende Reinigung und Desinfektion mit Ultraschallbehandlung oder einem Waschautomaten/Desinfektionszyklus ist durchzuführen. Empfehlungen für die jeweiligen Verfahren:

Ultraschallbehandlung:

1. Nehmen Sie die Instrumente aus dem Bad und spülen Sie sie mindestens 3 Minuten mit Leitungswasser ab.
2. Spülen Sie Lumen, Öffnungen und schwer zugängliche Bereiche gründlich und energisch aus.
3. Füllen Sie ein Ultraschallreinigungsgerät mit einem vorbereiteten Reinigungsmittel. Tauchen Sie die Instrumente vollständig in die Reinigungslösung ein und führen Sie die Ultraschallreinigung 10 Minuten bei 45-50 kHz durch.
4. Spülen Sie die Instrumente mindestens 3 Minuten mit destilliertem Wasser ab.
5. Unterziehen Sie sie einer Sichtprüfung, um zu bestätigen, dass alle sichtbaren Verschmutzungen von den

- Oberflächen, Lumen, Kanülen, Spalten, Kerbungen, Gewinden etc. entfernt wurden. Das Reinigungs-/Desinfektionsverfahren ist zu wiederholen, wenn noch Restverschmutzungen sichtbar sind.
5. Trocken Sie die Instrumente mit saugfähigen, nicht fesselnden Einmal-Wischtüchern und/oder Druckluft für medizinische Anwendungen (z. B. Innenräume und Kanülen). Nach dem Abspülen sind die Instrumente sofort gut abzutrocknen, um Korrosion zu verhindern.

Waschautomat:

- Nehmen Sie die Instrumente aus dem Bad und spülen Sie sie mindestens 1 Minute mit destilliertem Wasser ab. Spülen Sie Lumen, Öffnungen und schwer zugängliche Bereiche gründlich und energisch aus.
 - Legen Sie die Instrumente in einen geeigneten Waschautomaten-/Desinfektor-Korb und führen Sie einen Standardreinigungszyklus für Waschautomat/Desinfektor durch. Die folgenden Mindestparameter sind für eine gründliche Reinigung und Desinfektion wichtig:
 - 2 Minuten Vorwäsche mit kaltem Leitungswasser
 - 20 Sekunden Enzymspray mit heißem Leitungswasser
 - 1 Minute Eintauchen in Enzymreiniger
 - 15 Sekunden Abspülen mit kaltem Leitungswasser
 - 2 Minuten Wasche mit Reinigungsmittel und heißem Leitungswasser (64-66 °C/146-150 °F)
 - 15 Sekunden Abspülen mit heißem Leitungswasser
 - 2 Minuten Heißspülung (80-93 °C/176-200 °F)
 - 10 Sekunden Spülung mit destilliertem Wasser (64-66 °C/146-150 °F)
 - 7-30 Minuten Heißlufttrocknung (116 °C/240 °F)
 - HINWEIS: Die Anleitung des Waschautomaten-/Desinfektor-Herstellers ist streng zu befolgen.
- Durch Sichtprüfung bestätigen, dass alle sichtbaren Verschmutzungen von den Oberflächen, Lumen, Kanülen, Spalten, Kerbungen, Gewinden etc. entfernt wurden. Das Reinigungs-/Desinfektionsverfahren ist zu wiederholen, wenn noch Restverschmutzungen sichtbar sind.

Achtung: Bestimmte Reinigungsmittel, z. B. solche die Formalin, Glutaraldehyd, Quecksilber, Aktivchlor, Chlorid, Brom, Bromid, Jod, Jodid enthalten, und/oder alkalische Reinigungsmittel können manche Instrumente beschädigen. Solche Reinigungslösungen dürfen nicht verwendet werden.

Empfehlungen zur Sterilisation des Minuteman-Operationsinstrumentariums:

Für typische Dampfautoklav-Zyklen gelten die folgenden empfohlenen Zeiten und Temperaturen:

1. Vorvakuum-Sterilisation:

Eingewickelte oder nicht eingewickelte Behälter, Schalen und Instrumente: Exposition bei 135° C (275° F) für mindestens 3 Minuten. 30 Minuten trocknen.

Produktbeanstandungen:

Alle mutmaßlichen Mängel in Bezug auf Produktqualität, Identität, Haltbarkeit, Zuverlässigkeit, Sicherheit, Wirksamkeit und/oder Leistung sind Spinal Simplicity, LLC direkt mitzuteilen. Bei Einreichung einer Beanstandung geben Sie bitte den/die Namen, Teilenummer(n), Losnummer(n) der Komponente, Ihren Namen und Ihre Adresse, die Art der Beanstandung und die Patienten-Fallnummer an. Sterilisieren und geben Sie alle Komponenten an Spinal Simplicity, LLC zurück. Benachrichtigen Sie Spinal Simplicity, LLC sofort im Fall von Beanstandungen und allen Vorfällen, die zum Tod oder schwerwiegender Verletzung des Patienten führen.

ESPAÑOL

INFORMACIÓN IMPORTANTE ACERCA DEL DISPOSITIVO MINUTEMAN DE FUSIÓN INTERLAMINAR E INTERESPINOSA

Objetivo:

El sistema Minuteman es un dispositivo de fusión interlaminar e interespinosa, indicado para la estabilización de la columna lumbar y sacra, en los niveles L1 a S1. La colocación del implante es por medio de un acceso lateral. En los niveles de L3 o superiores, se recomienda realizar una TAC preoperatoria para asegurar una trayectoria segura de la columna.

Descripción:

El sistema Minuteman consta de placas para las apófisis espinosas e instrumentos quirúrgicos. Los implantes están fabricados con aleación de titanio, TI-6AL-4V ELL, según las normas ASTM F136, y TI-6AL-4V, según las normas ASTM F1472.

Precaución: El dispositivo Minuteman está fabricado con una aleación de titanio que se ha observado que produce artefactos en la resonancia magnética.

Se debe advertir a los pacientes que, antes de someterse a una exploración por resonancia magnética, informen acerca de la presencia del dispositivo Minuteman. En caso contrario, la calidad de la información diagnóstica obtenida por estas exploraciones puede verse afectada. El dispositivo Minuteman es seguro para la resonancia magnética.

Indicaciones de uso:

El sistema Minuteman es un dispositivo de fusión interlaminar e interespinosa de dichas apófisis indicado para proporcionar estabilización de la columna lumbar y sacra (L1 – S1). Puede utilizarse como método auxiliar a la fusión intersomática y/o posterior, o como dispositivo de fijación autónomo. El sistema Minuteman está indicado para el tratamiento de las siguientes afecciones:

- Discopatía degenerativa
- Estenosis raquídea
- Espondilolistesis

El dispositivo Minuteman puede utilizarse en conjuntos únicos o multinivel. Puede utilizarse solo o en combinación con otros dispositivos vertebrales (por ejemplo, tornillos pediculares, tornillos de la carilla articular, placas anteriores o espaciadores intersomáticos). El dispositivo Minuteman puede utilizarse con o sin un injerto óseo.

Contraindicaciones:

El dispositivo Minuteman está contraindicado en pacientes con:

- Alergia al titanio o a las aleaciones de titanio
- Unas características anatómicas o enfermedad vertebral que pudieran impedir la implantación del dispositivo, o que pudieran provocar que el dispositivo fuera inestable *in situ*, por ejemplo:
 - inestabilidad significativa de la columna lumbar;
 - un segmento anquilosado en los niveles afectados;
 - una fractura aguda de la apófisis espinosa o la porción interarticular;
 - una escoliosis significativa (ángulo de Cobb superior a 25°).
- Diagnóstico de osteoporosis grave
- Infección sistémica activa o infección localizada en el lugar de la implantación
- Calidad o cantidad insuficiente de tejido óseo, que pudiera inhibir la fijación rígida del dispositivo
- Arco posterior incompetente o ausente.
- Embarazo

Posibles efectos adversos:

Relacionados con el dispositivo:

- Desplazamiento o movilización del implante
- Implante no colocado correctamente
- Fractura de la apófisis espinosa
- Intervención quirúrgica adicional, incluida la extracción del dispositivo Minuteman
- Reacción a un cuerpo extraño
- Fallo mecánico del dispositivo
- Incapacidad del dispositivo o la intervención para mejorar los síntomas y/o la función

Relacionados con la intervención quirúrgica:

- Infarto de miocardio
- Infección
- Daño o hemorragia del vaso sanguíneo
- Trombosis venosa profunda
- Hematoma
- Neumonía
- Afectación del sistema nervioso
- Ictus
- Lesión de un nervio o daño de la médula espinal
- Parálisis
- Formación de trombos
- Complicaciones que afecten al donante del injerto, como dolor, fractura o complicaciones de cicatrización de la herida
- Desgarro de la duramadre
- Dehiscencia de la herida o retraso de la cicatrización
- Dolor o molestia en el lugar de la operación
- Muerte

Advertencias:

Los componentes del dispositivo Minuteman no deberán conectarse a componentes de dispositivos de otro fabricante. Los implantes de titanio no deberán mezclarse con implantes de acero inoxidable en el mismo conjunto. No siempre se consigue un resultado satisfactorio en todos los casos quirúrgicos. Esto se aplica especialmente a la cirugía vertebral, en la que numerosas circunstancias atenuantes pueden afectar a los resultados.

Precauciones:

Los procedimientos preoperatorios y operatorios, incluido el conocimiento de las técnicas quirúrgicas y la selección y colocación adecuadas de los implantes, son aspectos importantes que deben tenerse en cuenta para una utilización satisfactoria del dispositivo Minuteman por parte del cirujano. Además, la selección adecuada y el cumplimiento por parte del paciente afectarán en gran medida a los resultados. Se ha observado que los pacientes fumadores tienen una incidencia aumentada de ausencia de consolidación. Se deberá advertir a estos pacientes acerca de este hecho y de sus consecuencias. Los pacientes obesos, desnutridos o alcohólicos son malos candidatos para la fusión vertebral o espondiliosíndesis. Los pacientes con músculos y huesos de mala calidad o con parálisis nerviosa también son candidatos poco indicados para la espondiliosíndesis.

El cirujano deberá estar bien versado en todos los aspectos de la técnica quirúrgica y deberá conocer las indicaciones y contraindicaciones de este tipo de implante. Antes de comenzar la intervención quirúrgica, el cirujano deberá estar familiarizado con la técnica específica de colocación del implante, que puede obtenerse por medio del fabricante.

No debe reutilizarse nunca un implante, aunque no muestre marcas ni daños. Cualquier implante colocado y luego extraído deberá desecharse.

Deberán utilizarse únicamente implantes nuevos para cada caso. Los implantes no deberán volver a esterilizarse. La reutilización de los implantes puede causar infecciones.

Condiciones generales de uso:

La información contenida en este prospecto es necesaria pero no suficiente para el uso de este dispositivo. Esta información no tiene la finalidad de reemplazar el criterio profesional, ni la habilidad y la experiencia del cirujano en cuanto a: la selección minuciosa de los pacientes, la planificación preoperatoria, la selección del dispositivo, el conocimiento de la anatomía y la biomecánica de la columna, el conocimiento de las características de los materiales y mecánicas de los implantes usados, la formación y la habilidad en la cirugía vertebral y en el uso de los instrumentos asociados para la implantación, el aseguramiento de la colaboración del paciente para que siga un programa de medidas terapéuticas posoperatorias definidas adecuadamente, y la realización de exploraciones de control posoperatorias.

Período preoperatorio:

- Como parte de la exploración preoperatoria, el cirujano debe comprobar que ningún factor, especialmente biológico y biomecánico, afecte al funcionamiento correcto del implante durante la operación y el período posoperatorio.
- Deberá seleccionarse sólo a los pacientes que cumplan los criterios descritos en las indicaciones de uso.
- No deberán seleccionarse las condiciones o predisposiciones de los pacientes como las que se mencionan en las contraindicaciones anteriores.
- Se deberá proceder con cuidado en la manipulación y el almacenamiento de los componentes del dispositivo Minuteman. Los implantes e instrumentos deberán permanecer protegidos durante su almacenamiento, especialmente de los entornos corrosivos.
- Antes de comenzar con la intervención quirúrgica, deberá determinarse el tipo de conjunto que debe montarse para ese caso. Basándose en los resultados de la prueba de fatiga, el cirujano deberá tener en cuenta los niveles de implantación, el peso del paciente, su nivel de actividad, otras afecciones que padezca, etc., lo cual podría repercutir en el funcionamiento del dispositivo Minuteman. En el momento de la

intervención, deberá disponerse de un inventario adecuado de implantes de diferentes tamaños, incluido un exceso de implantes de tamaños que se prevé utilizar y de tamaños mayores y más pequeños que los previstos para colocar en el paciente.

- Dado que hay piezas mecánicas involucradas, el cirujano deberá conocer bien los diversos componentes antes de usar el equipo y montar personalmente cada dispositivo que se va a usar, a fin de comprobar que todas las piezas e instrumentos necesarios estén presentes antes de comenzar con la intervención. No deben usarse instrumentos dañados o defectuosos. Póngase en contacto con el fabricante para recibir instrucciones de reparación o recambio.
- Todos los componentes deberán limpiarse y esterilizarse antes de su uso. Otros componentes estériles deberán estar disponibles en caso de que surja una necesidad inesperada.

Periodo intraoperatorio:

- En todo momento, deberá tenerse suma precaución en las zonas próximas a la médula espinal y las raíces nerviosas. Una lesión de los nervios puede producir la pérdida de funciones neurológicas.
- La rotura, el deterioro o uso inadecuado de los instrumentos o los componentes del implante pueden causar lesiones al paciente o al personal que realiza la operación.
- A fin de contar con la máxima probabilidad de un resultado quirúrgico satisfactorio, son sumamente importantes la selección correcta del tipo y el tamaño del implante adecuado para el paciente, y la colocación del implante.
- Si se usan injertos óseos, deberán colocarse en la zona que se va a fusionar y deberán estar en contacto con tejido óseo viable.

Periodo posoperatorio:

- Las instrucciones y advertencias posoperatorias del médico al paciente correspondiente son importantes a fin de tener la máxima probabilidad de un resultado quirúrgico satisfactorio. Deberán darse al paciente instrucciones detalladas acerca del uso y las limitaciones del dispositivo. Si se desaconseja una carga completa o temprana, o una actividad muscular excesiva durante el período de rehabilitación posoperatoria temprana, se deberá advertir al paciente de que dicha actividad podrá tener como consecuencia el doblado, aflojamiento o rotura de los componentes. Los riesgos de doblado, aflojamiento o rotura de los componentes son complicaciones que pueden producirse a consecuencia de esta actividad, o si el paciente está debilitado, afectado por demencia o si usa aparatos para soportar cargas. Se deberá advertir al paciente que evite las caídas o sacudidas súbitas, a fin de reducir la posibilidad de doblar, aflojar o romper el dispositivo de fijación interna.
- A fin de permitir la máxima probabilidad de un resultado quirúrgico satisfactorio, el paciente o dispositivo no se deberá exponer a vibraciones mecánicas que puedan aflojar el conjunto del dispositivo. Se deberá advertir al paciente acerca de esta posibilidad, y se le deberá indicar que limite las actividades físicas, especialmente levantar peso, realizar giros y cualquier tipo de participación en deportes. Se deberá aconsejar al paciente que, durante el proceso de consolidación del injerto óseo, no fume, ni utilice productos con nicotina ni consuma alcohol o antiinflamatorios no esteroides como la aspirina.
- Se deberá informar al paciente acerca de su incapacidad para doblarse en el punto de fusión vertebral y se le deberá indicar que compense esta restricción física permanente en los movimientos corporales.
- Si se produce una ausencia de consolidación o si los componentes se aflojan, doblan o rompen, los dispositivos se deberán revisar o extraer inmediatamente, antes de que se produzca una lesión grave. Si una ausencia de consolidación del hueso retrasada no se inmoviliza, esto podrá producir tensiones excesivas y repetidas en el implante. Mediante el mecanismo de fatiga, estas tensiones pueden, a la larga, doblar, aflojar o romper los dispositivos.
- El paciente deberá estar completamente informado acerca de los cuidados posoperatorios adecuados. Uno de los aspectos más importantes de la consolidación posoperatoria satisfactoria es la capacidad y la disposición del paciente para seguir las instrucciones, así como la comprensión de la importancia de seguirlas.
- Los implantes quirúrgicos extraídos no deberán volver a utilizarse.
- Como medida de precaución, antes de que se someta posteriormente a los pacientes con implantes a otra intervención quirúrgica (por ejemplo, intervenciones dentales), deberá plantearse la administración de antibióticos profilácticos, especialmente para los pacientes con un riesgo aumentado de infección.

Esterilidad:

La irradiación con rayos gamma está indicada con el símbolo "Sterile-R" en la etiqueta del implante Minuteman. Estos dispositivos se mantendrán estériles hasta que se haya violado la integridad del envase.

Envase:

Los envases de cada uno de los componentes del dispositivo Minuteman deberán estar intactos en el momento de su recepción. Inspeccione cada envase antes de su uso y no utilice el componente si cualquier sello o cavidad está dañado o roto, o si la fecha de caducidad ha vencido. Una vez abierto, el componente debe usarse, desecharse o devolverse al fabricante. Si se usa un sistema de instrumento de préstamo o consignación, se deberán examinar meticulosamente todos los juegos, a fin de asegurarse de que estén íntegros y no se haya producido ningún daño antes de su uso. Los envases o productos dañados no deberán utilizarse nunca y deberán devolverse al fabricante.

Manipulación y almacenamiento:

Los implantes e instrumentos Minuteman deben almacenarse con precaución. Antes de usar el instrumental, deberá inspeccionarse a fin de comprobar su funcionamiento correcto, o la presencia de posibles daños, desgaste o ausencia de funcionamiento. No deberán usarse instrumentos dañados o defectuosos. Nota: Pasado algún tiempo, los instrumentos se gastan y deben reemplazarse. Póngase en contacto con el fabricante para recibir instrucciones de reparación o recambio.

Recomendaciones para el cuidado y la limpieza del sistema de instrumentos quirúrgicos Minuteman:

Para reducir al mínimo la biocarga de todos los artículos sucios, se requieren procesos tanto físicos como químicos (detergentes). Los limpiadores químicos (detergentes) solos no pueden eliminar toda la suciedad y los restos; por lo tanto, para una descontaminación máxima es imprescindible una limpieza manual meticulosa de cada artículo. Spinal Simplicity recomienda el uso de un detergente enzimático suave, con un pH cercano al neutro, preparado según las instrucciones del fabricante para su preparación y uso. NO debe utilizarse una solución salina, ya que tiene un efecto corrosivo sobre el acero. Los restos pesados o grandes deben eliminarse con paños de un solo uso, que no suelten pelusa, empapados en solución de limpieza. Los instrumentos deben sumergirse en un baño preparado. Con un cepillo de cerdas suaves (no deben utilizarse cepillos de acero), cepille todas las superficies de los instrumentos mientras están sumergidos en el baño, asegurándose de que se elimine toda la suciedad visible. En lo posible: use un limpiador de tubos y una jeringa para limpiar todas las cánulas, luces, hendiduras, surcos y superficies de acceso difícil. Mientras se efectúa la limpieza, todos los componentes móviles se deben accionar, doblar y articular repetidamente. Deje los instrumentos en remojo en el baño preparado con detergente, durante el tiempo de remojo recomendado por el fabricante. Deberán realizarse una limpieza y desinfección finales mediante la aplicación de un baño ultrasónico o un ciclo automático de lavadora/desinfectadora. Véanse a continuación las recomendaciones para cada uno:

Aplicación del baño ultrasónico:

1. Extraiga los instrumentos del baño y aclárelos con agua corriente durante tres minutos como mínimo. Deje correr agua de manera exhaustiva y vigorosa por las luces, agujeros y zonas de acceso difícil.
2. Coloque los agentes de limpieza preparados en una unidad de sonicación. Sumerja completamente los instrumentos en solución de limpieza y aplique ultrasónicos durante 10 minutos, de 45 a 50 kHz.
3. Aclare los instrumentos con agua purificada durante un tiempo mínimo de tres minutos.
4. Inspeccione visualmente para determinar si se ha eliminado toda la suciedad visible de las superficies, luces, cánulas, hendiduras, endentaduras, roscas, etc. Si todavía hay suciedad visible, repita el procedimiento de limpieza y desinfección.
5. Seque los instrumentos con paños absorbentes de un solo uso, que no suelten pelusa, o aire comprimido médico (p. ej., interiores y cánulas). Asegúrese de secar completamente los instrumentos inmediatamente después de aclararlos, para impedir su corrosión.

Lavadora automática:

1. Extraiga los instrumentos del baño y aclárelos con agua purificada durante un mínimo de un minuto. Deje correr agua de manera exhaustiva y vigorosa por las luces, agujeros y zonas de acceso difícil.
2. Coloque los instrumentos en una cesta adecuada de la lavadora-desinfectadora y proceselos por medio de un ciclo de limpieza estándar de la máquina. Los siguientes parámetros mínimos son fundamentales para una limpieza y desinfección completas.
 - a. Prelavado durante dos minutos con agua corriente fría.
 - b. Pulverización enzimática durante 20 segundos con agua corriente caliente.
 - c. Lavado enzimático durante un minuto.
 - d. Aclarado con agua corriente fría durante 15 segundos.
 - e. Lavado con detergente durante dos minutos, con agua corriente caliente (de 64 a 66 °C/146 a 150 °F).
 - f. Aclarado con agua corriente caliente, durante 15 segundos.
 - g. Aclarado térmico durante dos minutos (80 a 93 °C/176 a 200 °F).
 - h. Aclarado con agua purificada, durante 10 segundos (64 a 66 °C/146 a 150 °F).
 - i. Secado con aire caliente durante 7 a 30 minutos (116 °C/240 °F).
3. NOTA: Se deben seguir estrictamente las instrucciones del fabricante de la lavadora-desinfectadora. Inspeccione visualmente para determinar si se ha eliminado toda la suciedad visible de las superficies, luces, cánulas, hendiduras, endentaduras, roscas, etc. Si todavía hay suciedad visible, repita el procedimiento de limpieza y desinfección.

Precaución: Algunas soluciones de limpieza, por ejemplo, las que contienen formol, glutaraldehído, mercurio, cloro activo, cloruro, bromo, bromuro, yodo, yoduro o limpiadores alcalinos pueden dañar algunos instrumentos. Dichas soluciones de limpieza no deberán utilizarse.

Recomendaciones para la esterilización del sistema de instrumentos quirúrgicos Minuteman:

Para los ciclos de autoclave de vapor normales, los tiempos y temperaturas recomendados son los siguientes:

1. Esterilizador de prevacío:

1. Cajas, bandejas e instrumentos envueltos, o las cajas, bandejas e instrumentos deben exponerse a una temperatura de 135 °C (275 °F) durante tres minutos como mínimo. Secar durante 30 minutos.

Reclamaciones por el producto:

Las sospechas de deficiencias en la calidad, identidad, durabilidad, fiabilidad, seguridad, eficacia o rendimiento del producto deberán ser comunicadas directamente a Spinal Simplicity, LLC. Al formular una reclamación, deberán proporcionarse los nombres, números de pieza y números de lote de los componentes, su nombre y dirección, la naturaleza de la reclamación y el número de caso del paciente. Esterilizar y devolver todos los componentes a Spinal Simplicity, LLC. Notifique inmediatamente a Spinal Simplicity, LLC sobre cualquier reclamación y cualquier incidente que haya producido la muerte del paciente o una lesión grave.



INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT LE DISPOSITIF DE FUSION INTERLAMINAIRE MINUTEMAN

Objectif :

Le système Minuteman est un dispositif de fusion interlaminaire iliospinal conçu pour stabiliser le rachis lombaire et sacré aux niveaux L1-S1. L'implantation se fait par un abord latéral. Aux niveaux de L3 ou au-dessus, une TDM préopératoire est recommandée afin de s'assurer que la trajectoire vers le rachis est libre.

Description :

Le Minuteman consiste en des plaques pour apophyses épineuses et des instruments chirurgicaux. Les implants sont faits en alliage de titane Ti-6AL-4V ELI (selon les normes ASTM F136) et Ti-6AL-4V (selon les normes ASTM F1472). Attention : le Minuteman est fabriqué à partir d'un alliage de titane connu pour entraîner des artefacts en IRM. Il est conseillé aux patients de révéler la présence du Minuteman avant qu'ils ne subissent une IRM. S'ils ne le font pas la qualité du diagnostic obtenu par IRM risque d'en pâtir. Le Minuteman s'est révélé sans risque lors des IRM.

Indications :

Le système Minuteman est un dispositif de fusion iliospinal/interlaminaire conçu pour stabiliser le rachis lombaire et sacré (L1-S1). Il peut être utilisé comme un complément à une fusion postérieure et/ou intersomatique ou bien en tant que dispositif de fixation à part entière. Le Minuteman est indiqué dans le traitement des pathologies suivantes :

- Discopathie dégénérative
- Sténose rachidienne
- Spondylolisthésis

Le Minuteman s'utilise en montage simple ou à plusieurs niveaux. Il peut s'utiliser seul ou bien en combinaison avec d'autres dispositifs rachidiens (p. ex. vis pédiculaires, vis trans-laminaire-facettaires, plaques antérieures ou cages intersomatiques). Le Minuteman peut être utilisé avec ou sans greffe osseuse.

Contre-indications :

Le Minuteman est contre-indiqué chez les patients présentant :

- Une allergie au titane ou à l'alliage de titane
- Une pathologie ou une anatomie rachidienne qui empêcherait l'implantation du dispositif ou causerait l'instabilité de celui-ci in situ telle que
 - Instabilité importante du rachis lombaire ;
 - Segment ankylosé à l'endroit du/des niveau(x) concerné(s) ;
 - Fracture aiguë de l'apophyse épineuse ou de la pars interarticularis ;
 - Scoliose importante (angle de Cobb supérieur à 25°) ;
- Diagnostic d'une ostéoporose sévère
- Infection systémique évolutive ou infection localisée au site d'implantation
- Qualité ou quantité insuffisante de l'os (ce qui empêcherait la fixation du dispositif rigide)
- Arc postérieur incompetent ou manquant

- Grosseesse

Effets secondaires possibles :

Effets en rapport avec le dispositif :

- Déplacement/migration de l'implant
- Positionnement incorrect de l'implant
- Fracture de l'apophyse épineuse
- Chirurgie supplémentaire, y compris retrait du dispositif Minuteman
- Réaction aux corps étrangers
- Echec mécanique du dispositif
- Echec du dispositif/procédure à améliorer les symptômes et/ou la fonction

Effets en rapport avec la chirurgie :

- Infarctus du myocarde
- Infection
- Lésion de vaisseaux sanguins/saignement
- Thrombose veineuse profonde
- Hématome
- Pneumonie
- Lésion du système neurologique
- Accident vasculaire cérébral
- Lésion nerveuse ou de la moelle épinière
- Paralyse
- Formation de thrombus
- Complications au niveau du site donneur, y compris douleur, fracture ou complications de la cicatrisation de la plaie
- Déchirure durable
- Déhiscence de la plaie ou retard de la cicatrisation
- Douleur/inconfort au site opératoire
- Décès

Avertissements :

Les composants du Minuteman ne doivent pas être connectés sur des composants de dispositifs provenant d'un autre fabricant. Ne pas mélanger dans un même montage les implants en titane avec des implants en acier inoxydable. Toutes les opérations chirurgicales ne réussissent pas toujours. Ceci est particulièrement vrai dans le cas de la chirurgie rachidienne où de nombreuses circonstances particulières peuvent compromettre les résultats.

Précautions :

Les procédures préopératoires et opératoires, y compris la connaissance des techniques chirurgicales, la sélection et le placement corrects des implants sont importants, le chirurgien doit y prêter attention afin d'assurer le succès de l'utilisation du Minuteman. En outre, la sélection soignée et l'adhésion du patient auront une grande influence sur les résultats. Une incidence accrue de non-union a été observée chez les patients fumeurs. Les patients doivent en être avisés et avertis des conséquences. Les patients obèses, souffrant de malnutrition et/ou alcooliques ne sont pas de bons candidats à une fusion rachidienne. Il en va de même pour les patients présentant une qualité musculaire et osseuse médiocre et/ou une paralysie nerveuse.

Ne jamais réutiliser un implant, même s'il n'apparaît pas être marqué ou endommagé. Tout implant implanté, puis retiré doit être jeté.

N'utiliser que des nouveaux implants pour chaque cas. Ne pas restériliser les implants. Une réutilisation des implants peut entraîner une infection.

Conditions générales d'utilisation :

Les informations contenues dans cette notice sont nécessaires, cependant elles ne suffisent pas à l'utilisation de ce dispositif. Elles ne sont pas prévues pour remplacer le jugement professionnel, la dextérité et l'expérience du chirurgien en ce qui concerne : la sélection soignée des patients ; la planification préopératoire ; la sélection du dispositif ; la connaissance de l'anatomie et de la biomécanique du rachis ; la compréhension des matériaux et des caractéristiques mécaniques des implants utilisés ; la formation et la dextérité en matière de chirurgie rachidienne et d'utilisation des instruments associés pour l'implantation ; l'assurance d'une coopération des patients concernant l'adhésion à un programme de gestion postopératoire défini de façon appropriée et l'établissement d'exams de suivi postopératoire.

Phase préopératoire :

- Lors de l'examen préopératoire, le chirurgien doit vérifier qu'aucun facteur, surtout biologique et biomécanique ne viendra perturber la performance correcte de l'implant durant les périodes opératoire et postopératoire.
- Ne sélectionner que les patients satisfaisant aux critères décrits dans la rubrique Indications.
- Ne pas sélectionner les patients présentant les pathologies et/ou les prédispositions mentionnées dans la rubrique Contre-indications.
- Prendre soin des composants du Minuteman lors de leur manipulation et de leur stockage. Protéger les implants et les instruments durant leur stockage, surtout des environnements corrosifs.
- Déterminer le type de montage à effectuer pour chaque cas avant de commencer l'opération. En se basant sur les résultats des essais de fatigue, le chirurgien devra considérer les niveaux d'implantation, le poids du patient, le niveau d'activité du patient, les autres pathologies du patient, etc. qui peuvent avoir une influence sur la performance du Minuteman. Un stock adéquat de tailles d'implant doit être à portée de main au moment de l'opération, y compris un excès d'implants dans les tailles qui font être utilisées ainsi que des tailles immédiatement supérieure et inférieure à celles qui sont supposées aller au patient.
- Puisque l'opération implique des pièces mécaniques, le chirurgien doit être familiarisé avec les divers composants avant d'utiliser l'équipement ; il doit personnellement assembler chaque dispositif à utiliser afin de vérifier qu'aucune pièce ou instrument nécessaire ne manque avant de commencer l'opération. Ne pas utiliser des instruments endommagés ou défectueux. Pour toute réparation ou remplacement, s'adresser au fabricant.
- Nettoyer et stériliser tous les composants avant utilisation. Tenir des composants stériles supplémentaires à portée de main en cas de besoin imprévu.

Phase peropératoire :

- Faire preuve, à tout moment, d'une extrême prudence autour de la moelle épinière et des racines nerveuses. Une lésion des nerfs entraînera une perte des fonctions neurologiques.
- La rupture, le glissement ou le mésusage des instruments ou des composants de l'implant peut blesser le patient ou le personnel opératoire.
- Afin de maximiser les chances de réussite chirurgicale, il est extrêmement important que le type et la taille de l'implant correspondent au patient et que l'implant soit bien positionné.
- Les greffes osseuses – si elles sont utilisées – doivent être placées dans la zone à unir et doivent toucher l'os viable.

Phase postopératoire :

- Les directions et les avertissements postopératoires du médecin pour un patient donné sont importants pour maximiser les chances de réussite de l'opération. Il faut donner au patient des instructions détaillées quant à l'utilisation et aux limites du dispositif. Une mise en charge excessive ou précoce, ou une activité musculaire excessive est déconseillée durant la période de réhabilitation postopératoire ; avertir le patient qu'une flexion, desserrement ou rupture des composants font partie des complications qui peuvent survenir à la suite d'une telle activité. Les risques de flexion, desserrement ou rupture des composants sont des complications qui peuvent survenir à la suite d'une telle activité ou bien si le patient est débilité, atteint de démence ou utilise un appareillage de soutien. Avertir le patient qu'il doit essayer de ne pas tomber ou de ne pas faire de mouvements brusques afin de minimiser les risques de flexion, desserrement ou de rupture du dispositif de fixation interne.
- Afin de maximiser les chances de réussite chirurgicale, le patient ou le dispositif ne doit pas être exposé à des vibrations mécaniques qui entraîneraient un desserrement du montage du dispositif. Avertir le patient de cette possibilité et l'instruire de limiter les activités physiques (surtout soulever des objets et se tourner) ainsi que toute participation sportive. Conseiller au patient de ne pas fumer, utiliser de la nicotine ou consommer de l'alcool ou bien des anti-inflammatoires non stéroïdiens tels que l'aspirine durant la cicatrisation de la greffe osseuse.
- Avertir le patient de son incapacité à se courber au point de la fusion rachidienne ; lui apprendre à compenser pour cette restriction physique permanente du mouvement.
- Si une non-union se développe ou si les composants viennent à se desserrer, fléchir et/ou rompre, réviser et/ou retirer immédiatement le(s) dispositif(s) avant qu'une blessure grave ne survienne. Ne pas immobiliser une non-union retardée de l'os entraînera des contraintes répétées et excessives sur l'implant. Par le mécanisme de fatigue, ces contraintes peuvent entraîner une flexion, un desserrement ou une rupture du/des dispositif(s).
- Instruire de façon détaillée le patient quant aux soins postopératoires à suivre. La capacité du patient et sa volonté à suivre les instructions (ainsi que sa compréhension de l'importance qu'il y a à suivre ces instructions) représentent les aspects les plus importants de la réussite de la cicatrisation postopératoire.
- Les implants chirurgicaux retirés ne doivent jamais être réutilisés.
- Par mesure de précaution, il est bon que les patients porteurs d'implants devant subir une autre opération telle qu'une chirurgie dentaire, reçoivent des antibiotiques prophylactiques, surtout pour les patients présentant un risque d'infection accru.

Stérilité :

L'irradiation gamma est indiquée par le symbole « Sterile-R » placé sur l'étiquetage de l'implant Minuteman. Ces implants demeurent stériles tant que l'intégrité de leur emballage est maintenue.

Emballage :

Lors de leur réception, l'emballage de chaque composant du Minuteman doit être intact. Inspecter chaque emballage avant utilisation et ne pas utiliser le composant si une fermeture ou une cavité est endommagée ou rompue ou si la date de péremption est dépassée. Une fois l'emballage du composant ouvert, ce dernier doit être soit utilisé soit jeté ou renvoyé au fabricant. Si un système d'instruments de prêt ou en consignation est utilisé, tous les jeux doivent être scrupuleusement vérifiés avant utilisation pour s'assurer qu'ils sont complets et ne sont pas endommagés. Ne jamais utiliser des emballages ou des produits endommagés ; les renvoyer au fabricant.

Manipulation et stockage :

Il faut apporter un soin particulier au stockage des instruments et des implants Minuteman. Avant utilisation, inspecter les instruments pour s'assurer qu'ils fonctionnent correctement, qu'ils ne sont pas abîmés, usés ou ne fonctionnent pas. Ne pas utiliser des instruments endommagés ou défectueux. Noter qu'à un moment donné, les instruments s'usent et doivent être remplacés. Pour toute réparation ou remplacement, s'adresser au fabricant.

Recommandations pour l'entretien et le nettoyage du système d'instruments chirurgicaux Minuteman :

Un nettoyage physique et chimique (détergent) est nécessaire pour minimiser la biocharge sur tous les articles souillés. Les nettoyants chimiques (détergents) seuls ne peuvent retirer toute la saleté et les débris, aussi est-il essentiel d'effectuer un nettoyage manuel soigné de chaque article pour une décontamination maximale. Spinal Simplicity recommande l'utilisation d'un détergent enzymatique doux ayant un pH presque neutre, préparé et utilisé selon les instructions du fabricant. NE PAS utiliser une solution salée, puisqu'elle a un effet corrosif sur l'acier inoxydable. Retirer les débris lourds ou gros à l'aide de lingettes jetables non pelucheuses trempées dans une solution nettoyante. Immerger les instruments dans le bain préparé. À l'aide d'une brosse à poils souples (ne pas utiliser de brosses en acier) brosser toutes les surfaces des instruments alors qu'ils sont submergés dans le bain ; s'assurer que toute saleté visible est enlevée. Le cas échéant : utiliser un cure-pipe et une seringue pour nettoyer les canules, lumières, crevasses, rainures et les endroits difficiles à atteindre. Tout en nettoyant, opérer / plier / faire bouger tous les éléments mobiles de façon répétée. Laisser les instruments tremper dans le bain de détergent préparé le temps recommandé par le fabricant. Le nettoyage et la désinfection finaux doivent être faits par sonification ou un cycle dans une machine à laver / un appareil de désinfection automatique. Ci-dessous, les recommandations pour chacune des méthodes :

Sonification :

1. Retirer les instruments du bain et les rincer à l'eau du robinet pendant 3 minutes minimum. Rincer soigneusement et agressivement la lumière, les trous et les endroits difficiles à atteindre.
2. Placer les agents de nettoyage préparés dans l'unité de sonification. Submerger complètement les instruments dans la solution de nettoyage et lancer la sonification pendant 10 minutes à 45-50 kHz.
3. Rincer les instruments dans de l'eau purifiée pendant au moins 3 minutes.
4. Inspecter de visu pour déterminer si toute la saleté visible a été enlevée des surfaces, lumière, canules, crevasses, dentelures, filets, etc. S'il en reste, répéter le nettoyage et la désinfection.
5. Sécher les instruments avec des lingettes absorbantes jetables non pelucheuses et/ou de l'air comprimé de qualité médicale (p. ex. les intérieurs et les canules). S'assurer de bien sécher les instruments immédiatement après le rinçage pour empêcher la corrosion.

Machine à laver automatique :

1. Retirer les instruments du bain et les rincer dans de l'eau purifiée pendant 1 minute minimum. Rincer soigneusement et agressivement la lumière, les trous et les endroits difficiles à atteindre.
 2. Placer les instruments dans un panier qui convient pour la machine à laver / l'appareil de désinfection et lancer un cycle standard. Les paramètres suivants sont un minimum essentiel pour un nettoyage et une désinfection minutieux.
 - a. 2 minutes de pré-lavage avec de l'eau froide du robinet
 - b. 20 secondes de pulvérisation enzymatique avec de l'eau chaude du robinet
 - c. 1 minute de trempage enzymatique
 - d. 15 secondes de rinçage à l'eau froide du robinet
 - e. 2 minutes de lavage avec un détergent avec de l'eau chaude du robinet (64-66 °C / 146-150 °F)
 - f. 15 secondes de rinçage à l'eau chaude du robinet
 - g. 2 minutes de rinçage thermique (80-93 °C / 176-200 °F)
 - h. 10 secondes de rinçage dans de l'eau purifiée (64-66 °C / 146-150 °F)
 - i. 7 à 30 minutes de séchage à l'air chaud (116° C / 240 °F)
- REMARQUE : suivre scrupuleusement les instructions du fabricant de la machine à laver / appareil de désinfection.
3. Inspecter de visu pour déterminer si toute la saleté visible a été enlevée des surfaces, lumière, canules, crevasses, dentelures, filets, etc. S'il en reste, répéter le nettoyage et la désinfection.

Attention : certaines solutions de nettoyage telles que celles contenant du formol, du glutaraldéhyde, du mercure, du chlore actif, du chlorure, du brome, du bromure, de l'iode, de l'iode et/ou les nettoyants alcalins peuvent endommager certains instruments. Ne pas utiliser de telles solutions de nettoyage.

Recommandations pour la stérilisation du système d'instruments chirurgicaux Minuteman :

Les durées et les températures suivantes sont recommandées pour les cycles types d'autoclave à vapeur :

1. Stérilisateur à prévide :

- les boîtiers, les plateaux et les instruments enveloppés ou les boîtiers, plateaux et instruments doivent être exposés à une température de 135 ° C (275 ° F) pendant au moins 3 minutes. Sécher pendant 30 minutes.

Plaintes concernant le produit :

Rapporter toute suspicion de défaillance du produit, que ce soit concernant la qualité, l'identité, la durabilité, la fiabilité, la sécurité, l'efficacité et/ou la performance directement à Spinal Simplicity, LLC. Lors d'un rapport de plainte, fournir le(s) nom(s) du composant, le(s) numéro(s) de référence, le(s) numéro(s) de lot, votre nom et adresse, la nature de la plainte et le numéro de cas du patient. Stériliser et renvoyer tous les composants à Spinal Simplicity, LLC. Rendre compte tout de suite à Spinal Simplicity, LLC des plaintes et des incidents ayant entraîné le décès du patient ou une blessure grave.

ITALIANO

INFORMAZIONI IMPORTANTI SUL DISPOSITIVO DI FUSIONE INTERSPINOSA INTERLAMINARE MINUTEMAN

Scopo

Il sistema Minuteman è un dispositivo di fusione interspinosa interlaminare previsto per la stabilizzazione del rachide lombare e sacrale in corrispondenza dei livelli L1-S1. L'impianto avviene mediante approccio laterale. Per i livelli L3 o superiori si raccomanda l'esecuzione di una TAC preoperatoria per garantire una traiettoria di accesso alla colonna vertebrale in condizioni di sicurezza.

Descrizione

Il sistema Minuteman consiste di placche per il processo spinoso e di strumentario chirurgico. Gli impianti sono realizzati in lega di titanio Ti-6Al-4V ELI in conformità agli standard ASTM F136 e in Ti-6Al-4V in conformità agli standard ASTM F1472.

Attenzione – Il dispositivo Minuteman è fabbricato in una lega di titanio nota per produrre artefatti in RMI.

I pazienti devono essere avvisati di riferire la presenza del dispositivo Minuteman prima di un esame di RMI. La mancata osservanza di quanto sopra può condizionare la qualità delle informazioni diagnostiche ottenute da tale tipo di scansioni. Il dispositivo Minuteman è compatibile con la RMI.

Indicazioni d'uso

Il sistema Minuteman è un dispositivo di fusione interspinosa interlaminare, il cui scopo previsto è la stabilizzazione del rachide lombare e sacrale (L1-S1) e che può essere utilizzato come complemento alla fusione intersomatica o/ o posteriore o come dispositivo di fissazione indipendente. Il dispositivo Minuteman è indicato nel trattamento delle seguenti condizioni:

- Patologia discale degenerativa
- Stenosi spinale
- Spondilolistesi

Il dispositivo Minuteman può essere utilizzato in strutture singole o su livelli multipli. Il dispositivo può essere utilizzato da solo o in combinazione con altri dispositivi spinali (es. viti peduncolari, viti per faccette articolari, placche anteriori o spaziatori intersomatici). Il dispositivo Minuteman può essere impiegato con o senza innesto osseo.

Controindicazioni

Il dispositivo Minuteman è controindicato nei pazienti che presentano le seguenti condizioni:

- Allergia al titanio o alle sue leghe
- Anatomia spinale o patologia in grado di prevenire l'impianto del dispositivo, o in grado di causare l'instabilità del dispositivo in situ, come
 - Significativa instabilità del rachide lombare
 - Presenza di un segmento anchilosato in corrispondenza del livello o dei livelli interessati
 - Frattura acuta del processo spinoso o della pars interarticularis
 - Grave scoliosi (angolo di Cobb maggiore di 25 gradi)
- Diagnosi di osteoporosi grave
- Infezione sistemica attiva o infezione localizzata al sito di impianto
- Osso di qualità o quantità insufficiente, che impedirebbe la fissazione rigida del dispositivo
- Incompetenza o assenza dell'arco posteriore
- Gravidanza

Possibili eventi avversi

Legati al dispositivo:

- Dislocazione/migrazione dell'impianto
- Impianto posizionato in maniera scorretta
- Frattura del processo spinoso
- Intervento chirurgico addizionale, inclusa la rimozione del dispositivo Minuteman
- Reazione da corpo estraneo
- Cedimento meccanico del dispositivo
- Mancato miglioramento dei sintomi e/o funzionalità quale risultato dell'impianto del dispositivo o della procedura

Legati all'intervento:

- Infarto miocardico
- Infezione
- Lesione/sanguinamento dei vasi sanguigni
- Trombosi venosa profonda
- Ematoma
- Polmonite
- Compromissione del sistema neurologico
- Ictus
- Lesione nervosa o danno midollare
- Paralisi
- Formazione di trombi
- Complicazioni a livello del sito donatore dell'innesto, inclusi dolore, frattura o complicazioni relative alla cicatrizzazione della ferita
- Lacerazione della dura
- Discesa della ferita o ritardi di cicatrizzazione
- Dolore/disagio in corrispondenza del sito operativo
- Decesso

Avvertenze

I componenti del dispositivo Minuteman non devono essere connessi a componenti di dispositivi di un altro fabbricante. Gli impianti in titanio non devono essere impiegati con impianti in acciaio inossidabile nella stessa struttura. Non tutti i casi chirurgici ottengono un risultato positivo. Ciò è soprattutto vero in chirurgia spinale, dove i risultati possono essere compromessi da molte circostanze attenuanti.

Precauzioni

Le procedure preoperatorie e operatorie, incluse la conoscenza delle tecniche chirurgiche, l'adeguata selezione e posizionamento degli impianti, sono considerazioni importanti al fine della riuscita dell'impiego del dispositivo Minuteman da parte del chirurgo. Inoltre, l'adeguata selezione e la compliance da parte del paziente condizionano fortemente i risultati. È stato dimostrato che i pazienti fumatori hanno una maggiore incidenza di mancato unioni. Tali pazienti devono essere informati di ciò e devono essere avvertiti delle conseguenze. I pazienti obesi, malnutriti e/o alcolisti sono candidati sub-ottimali per la fusione spinale. Anche i pazienti con una scarsa qualità muscolare e ossea e/o paralisi nervosa sono candidati sub-ottimali per la fusione spinale.

Il chirurgo deve avere piena dimestichezza con tutti gli aspetti della tecnica chirurgica e conoscere le indicazioni e controindicazioni relative a questo tipo di impianti. Prima di iniziare la procedura chirurgica, il chirurgo deve avere familiarizzato con la tecnica specifica di inserimento dell'impianto, disponibile presso il produttore. Non riutilizzare mai nessun impianto, anche se appare privo di marcature o non danneggiato. Tutti gli impianti impiantati e successivamente rimossi devono essere smaltiti.

Utilizzare esclusivamente nuovi impianti per ogni caso. Gli impianti non devono essere risterilizzati. Il riutilizzo degli impianti può causare infezione.

Condizioni generali di utilizzo

Le informazioni contenute nel presente inserto illustrativo sono necessarie ma non sufficienti per l'utilizzo di questo dispositivo. Le presenti informazioni non sono da intendersi sostitutive del giudizio professionale, abilità ed esperienza del chirurgo in fatto di: attenta selezione del paziente; pianificazione preoperatoria; selezione del dispositivo; conoscenza dell'anatomia e della biomeccanica della colonna vertebrale, comprensione del materiale e delle caratteristiche meccaniche degli impianti utilizzati; formazione e abilità sia in materia di chirurgia spinale sia nell'uso dello strumentario per l'impianto associato; ottenimento della cooperazione del paziente nel seguire un programma di gestione postoperatoria definito in maniera consona e la conduzione di esami postoperatori di follow-up.

Preoperatorie

- Quale parte dell'esame preoperatorio, il chirurgo deve verificare che nessun fattore, specialmente di tipo biologico e biomeccanico, condizionerà la corretta prestazione dell'impianto durante l'intervento e il periodo postoperatorio.
- Devono essere selezionati solo pazienti che soddisfano i criteri descritti nelle Indicazioni d'uso.
- Pazienti che presentano condizioni o fattori predisponenti quali quelli indicati nelle controindicazioni di cui sopra devono essere esclusi dalla selezione.
- Eseguire cura nella manipolazione e stoccaggio dei componenti del dispositivo Minuteman. Gli impianti e lo strumentario devono essere protetti durante lo stoccaggio, specialmente da ambienti corrosivi.
- Il tipo di struttura da assemblare per il caso deve essere determinato prima dell'intervento. In base ai risultati dei test di fatica, il chirurgo deve considerare i livelli dell'impianto, peso e livello di attività del paziente, e altre condizioni che potrebbero avere un impatto sulla prestazione del dispositivo Minuteman. Durante l'intervento deve essere disponibile un'adeguata gamma di misure di impianto, incluso un eccesso di impianti della misura che si prevede di utilizzare e misure di impianto di dimensioni maggiori di quelle che ci si attende si adatteranno al paziente.
- Poiché sono coinvolti dei componenti meccanici, il chirurgo deve avere familiarità con i vari componenti prima di utilizzare l'attrezzatura e deve assemblare personalmente ogni dispositivo da utilizzare, in modo da verificare che tutti i componenti e lo strumentario necessario siano presenti prima dell'inizio dell'intervento. Gli strumenti rotti o difettosi non devono essere utilizzati. Contattare il produttore per riparazioni o istruzioni di ricambio.
- Tutti i componenti devono essere puliti e sterilizzati prima dell'uso. Devono essere disponibili componenti sterili addizionali, in caso di necessità imprevista.

Intraoperatorie

- In ogni momento deve essere esercitata estrema cura nell'area circostante il midollo spinale e le radici nervose. La lesione dei nervi può risultare in perdita delle funzioni neurologiche.
- La rottura, lo sconvolgimento o l'uso scorretto degli strumenti o dei componenti dell'impianto possono causare lesioni al paziente o al personale operativo.
- La corretta selezione del tipo e della misura dell'impianto adatti al paziente e il posizionamento dell'impianto sono estremamente importanti per massimizzare le possibilità di ottenere un risultato chirurgico positivo.
- Qualora siano impiegati, gli innesti ossei devono essere posizionati nell'area che deve essere sottoposta a fusione e devono essere in contatto con tessuto osseo adeguato.

Postoperatorie

- Le istruzioni postoperatorie e le avvertenze del medico al paziente sono importanti per massimizzare le possibilità di ottenere un risultato chirurgico positivo. Al paziente devono essere fornite istruzioni dettagliate sull'uso e sulle limitazioni del dispositivo. Qualora il paziente venga istruito ad evitare il carico eccessivo o precoce, o l'eccessiva attività muscolare nel primo periodo di riabilitazione postoperatoria, deve essere avvertito che la deformazione, l'allentamento o la rottura dei componenti sono complicazioni che possono verificarsi quale risultato di tale attività. I rischi di deformazione, allentamento o rottura dei componenti sono complicazioni che possono verificarsi quale risultato di tale attività o nel caso in cui il paziente sia debole, affetto da demenza o utilizza dispositivi di supporto del carico. Il paziente deve essere avvertito di evitare cadute o scossoni improvvisi per ridurre la possibilità di deformazione, allentamento o rottura del dispositivo di fissazione interna.
- Per massimizzare le possibilità di ottenere un risultato chirurgico positivo, né il paziente né il dispositivo devono essere esposti a vibrazioni meccaniche che potrebbero allentare la struttura del dispositivo stesso. Il paziente deve essere avvertito di tale possibilità e istruito a limitare le attività fisiche, specialmente il sollevamento, la torsione e qualsiasi tipo di partecipazione sportiva. Il paziente deve essere avvertito di non fumare, utilizzare prodotti contenenti nicotina o consumare alcol o farmaci antinfiammatori non steroidei

quale l'aspirina durante il processo di attecchimento dell'innesto osseo.

- Il paziente deve essere avvertito dell'impossibilità di piegarsi in corrispondenza del punto della fusione spinale e deve essere istruito a compensare tale limitazione fisica permanente del movimento del corpo.
- In caso di sviluppo di una manciata unione o di allentamento, deformazione e/o rottura dei componenti, il dispositivo o i dispositivi devono essere rimossi immediatamente prima che si verifichi una lesione grave. La mancata immobilizzazione di una nonunione ossea ritardata risulterà in stress eccessivi e ripetuti sull'impianto. A causa del meccanismo di fatica tali stress possono causare l'eventuale deformazione, allentamento o rottura del dispositivo o dei dispositivi.
- Il paziente deve essere istruito perfettamente circa la cura postoperatoria appropriata. L'abilità e la volontà del paziente di seguire le istruzioni, così come la comprensione dell'importanza di seguirle, sono tra gli aspetti fondamentali del successo della guarigione postoperatoria.
- Gli impianti chirurgici espianati non devono essere riutilizzati per nessuna ragione.
- Quale misura precauzionale, prima che i pazienti portatori di impianti siano sottoposti a un qualsiasi intervento chirurgico successivo (quali procedure dentali) deve essere considerata la profilassi antibiotica, soprattutto per i pazienti ad aumentato rischio di infezione.

L'irradiazione con raggi gamma è indicata dal simbolo "Sterile-R" apposto sull'etichettatura dell'impianto Minuteman. I dispositivi rimangono sterili fino al momento della violazione dell'integrità della confezione.

Confezionamento

Alla ricezione, le confezioni di ogni componente del sistema Minuteman devono essere intatte. Prima dell'uso ispezionare ogni confezione e non utilizzare il componente qualora un qualsiasi sigillo o cavità sia danneggiata o se la data di scadenza è stata superata. Una volta aperta la confezione, il componente deve essere utilizzato, smaltito o restituito al fabbricante. Se per lo strumentario si utilizza un sistema in prestito o usato, prima dell'uso tutti i set devono essere accuratamente controllati per completezza e per accertare l'assenza di danni. Le confezioni o i prodotti danneggiati non devono essere utilizzati in nessuna circostanza e devono essere restituiti al fabbricante.

Manipolazione e stoccaggio

Gli impianti e lo strumentario Minuteman devono essere conservati con cura. Prima dell'uso, ispezionare tutto lo strumentario per accertare il corretto funzionamento, possibili danni, usura o mancato funzionamento. Gli strumenti rotti o difettosi non devono essere utilizzati. Nota – Gli strumenti vanno incontro ad usura e dopo un periodo di tempo devono essere sostituiti. Contattare il produttore per riparazioni o istruzioni di ricambio.

Per ridurre al minimo la carica microbiologica su tutti gli strumenti sporchi è necessario impiegare processi sia fisici che chimici (detergenti). Il solo impiego di strumenti di pulizia chimici (detergenti) non è in grado di rimuovere tutto lo sporco e i detriti, pertanto è indispensabile un'accurata pulizia manuale di ogni strumento per ottenere la massima decontaminazione. Spinal Simplicity raccomanda l'uso di un detergente enzimatico delicato a pH quasi neutro, preparato in base alle istruzioni del fabbricante relativamente alla preparazione e uso. NON utilizzare soluzione fisiologica, poiché ha un effetto corrosivo sull'acciaio inossidabile. Rimuovere i detriti pesanti o di grosse dimensioni con panni monouso che non sfilacciano imbevuti di soluzione detergente. Immergere gli strumenti nel bagno preparato. Con una spazzola a setole morbide (non usare spazzole con setole in acciaio), spazzolare tutte le superfici degli strumenti mantenendoli sommersi nel bagno e accertarsi che tutto lo sporco visibile venga rimosso. Ovunque sia applicabile servirsi di uno scovolino e una siringa per pulire tutte le cannule, i lumi, gli interstizi, i solchi e le zone di difficile accesso. Durante le operazioni di pulizia azionare/piegare/articolare ripetutamente tutti i componenti mobili. Consentire agli strumenti di restare in ammollo nel bagno detergente preparato per il tempo di ammollo raccomandato dal fabbricante. Le operazioni di pulizia e disinfezione finali devono essere eseguite mediante sonazione o con un ciclo in un dispositivo di lavaggio/disinfezione automatico. Di seguito sono riportate le raccomandazioni per i metodi suddetti.

Sonicazione

1. Rimuovere tutti gli strumenti dal bagno e sciacquarli con acqua corrente per almeno 3 minuti. Lavare completamente e in maniera energica i lumi, i fori e le aree di difficile accesso.
2. Mettere gli agenti detergenti preparati in un'unità per sonicazione. Immergere completamente gli strumenti nella soluzione detergente e sottoporre a sonicazione per 10 minuti a 45-50 kHz.
3. Sciacquare gli strumenti in acqua purificata per almeno 3 minuti.
4. Ispezionare visivamente gli strumenti per determinare la completa rimozione dello sporco da superfici, lumi, cannule, interstizi, dentellature, filettature, ecc. Qualora fossero visibili residui di sporco, ripetere la procedura di pulizia/disinfezione.
5. Asciugare gli strumenti con panni assorbenti monouso che non sfilacciano e/o aria compressa medicale (es. parti interne e cannule). Accertarsi di asciugare completamente gli strumenti immediatamente dopo il risciacquo per prevenire la corrosione.

Dispositivo di lavaggio automatico

1. Rimuovere gli strumenti dal bagno e sciacquarli con acqua purificata per almeno 1 minuto. Lavare completamente e in maniera energica i lumi, i fori e le aree di difficile accesso.
2. Mettere gli strumenti in un cestello per dispositivo di lavaggio/disinfezione automatico adattare e trattare con un ciclo di pulizia di lavaggio/disinfezione. Per la completa pulizia e disinfezione è indispensabile rispettare i parametri minimi elencati di seguito.
 - a. Prelavaggio con acqua corrente fredda per 2 minuti
 - b. Nebulizzazione di soluzione enzimatica con acqua corrente calda (64-66 °C/146-150 °F) per 2 minuti
 - c. Immersione in soluzione enzimatica per 1 minuto
 - d. Risciacquo con acqua corrente fredda per 15 secondi
 - e. Lavaggio detergente con acqua corrente calda (64-66 °C/146-150 °F) per 2 minuti
 - f. Risciacquo con acqua corrente calda per 15 secondi
 - g. Risciacquo termico (80-93 °C/176-200 °F) per 2 minuti
 - h. Risciacquo con acqua purificata (64-66 °C/146-150 °F) per 10 secondi
 - i. Asciugatura con aria calda (116 °C/240 °F) per 7-30 minuti
3. NOTA – Seguire rigorosamente le istruzioni del fabbricante del dispositivo di lavaggio/disinfezione.

Attenzione – Alcuni tipi di soluzioni di pulizia quali quelle contenenti formalina, glutaraldeide, mercurio, cloro attivo, cloro, bromo, bromuro, iodio, ioduro e/o detergenti alcalini potrebbero danneggiare alcuni strumenti. Tali tipi di soluzioni non devono essere utilizzate.

Raccomandazioni per la sterilizzazione dello strumentario chirurgico del sistema Minuteman

Di seguito sono elencate le raccomandazioni relative ai tempi e alle temperature per i cicli tradizionali in autoclave a vapore.

1. **Sterilizzatore con prevuoto**
Le cassette, i vassi e gli strumenti avvolti o le cassette, i vassi e gli strumenti devono essere esposti a una temperatura di 135 °C (275 °F) per almeno 3 minuti. Asciugare per 30 minuti.

Reclami relativi al prodotto

Riferire i problemi sospetti di qualità, identità, durabilità, affidabilità, sicurezza, efficacia e/o prestazione del prodotto direttamente a Spinal Simplicity, LLC. Quando si inoltra un reclamo, fornire il/i nome/i del componente/i, numero/i di catalogo, numero/i del lotto/dei lotti, il proprio nome e indirizzo, la natura del reclamo e numero del caso del paziente. Sterilizzare e restituire tutti i componenti a Spinal Simplicity, LLC. Notificare immediatamente Spinal Simplicity, LLC di qualsiasi reclamo o incidente che abbia provocato il decesso o lesioni gravi al paziente.

SUOMI TÄRKÄÄ TIETOJA SELKÄRANGAN NIKAMAVÄLILEVYNSISÄISESTÄ MINUTEMAN-FUUSIOLAITTEESTA
Käyttötarkoitus:
Minuteman-järjestelmä on selkärangan nikamavälilevynsäisen fuusiolaitte, joka on tarkoitettu lannerangan ja ristiluun tasojen L1-S1 stabilointiin. Laite implantoidaan lateraalipuolelta. Tasolla L3 ja sitä ylempillä tasoilta suositellaan CT-kuvantamista ennen toimenpidettä varmistamaan turvallinen reitti selkärankaan.
Kuvaus:
Minuteman-järjestelmä koostuu okahaarakelevyistä ja kirurgisista instrumenteista. Implantit on valmistettu ASTM F136 -standardien mukaisesti Ti-6Al-4V ELI -titaaniseoksesta sekä ASTM F1472 -standardien mukaisesti Ti-6Al-4V-titaaniseoksesta.
Huomio: Minuteman-järjestelmä on valmistettu titaaniseoksesta, jonka tiedetään aikaansaavain artefakteja magneettikuvauksessa.
Potilaita on neuvottava kertomaan Minuteman-implantin olemassaolosta ennen magneettikuvausta (MK). Tämän laiminlyöminen voi vaikuttaa skannattujen kuvien diagnostisen tiedon laatuun. Minuteman-implantit on MK-turvallinen. **Käyttöaiheet:**
Minuteman-järjestelmä on selkärangan nikamavälilevynsäisen fuusiolaitte, joka on tarkoitettu lannerangan ja ristiluun (L1-S1) stabilointiin. Sitä voidaan käyttää lisälaitteena nikamavälilevynsäisen ja/tai posteriorien fuusion kanssa tai erillisinä kiinnityslaitteina. Minuteman-järjestelmä on tarkoitettu seuraavien tilojen hoitoon:

- välilyrrepeuma
- herniojuurikanavan ahtauma
- nikamansiihyty

Minuteman-järjestelmää voidaan käyttää yhden tai usean tason rakenteissa. Sitä voidaan käyttää yksinään tai yhdessä muiden selkärankalaitteiden kanssa (esim. pedikkeliruuvit, fasetiruuvit, anterioriset kohdealueet ja nikamaväliset kehikot [cage]). Minuteman-järjestelmää voidaan käyttää luusirännäisen kanssa tai ilman.

- Bloedvatbeschadiging/bloeding
- Diepe veneuze trombose
- Hematoom
- Pneumonie
- Aantasting van het zenuwstelsel
- CVA
- Zenuwletsel of beschadiging van het ruggenmerg
- Verlamming
- Trombusvorming
- Complicaties in het donorgebied van het transplantaat, waaronder pijn, fractuur of complicaties bij de wondgenezing
- Durascheur
- Wonddehiscentie of vertraagde genezing
- Pijn/ongemak in het operatiegebied
- Overlijden

Waarschuwingen:

De componenten van de Minuteman mogen niet worden verbonden met de componenten van hulpmiddelen van een andere fabrikant. Implantaten van titaan mogen in dezelfde constructie niet worden gemengd met implantaten van roestvrij staal.

Er wordt niet altijd bij elke chirurgische casus een geslaagd resultaat behaald. Dit feit geldt vooral bij wervelkolomoperaties, waar de resultaten door veel verzwakende omstandigheden in gevaar kunnen komen.

Voorzorgsmaatregelen:

Preoperatieve en operatieve procedures, waaronder kennis van chirurgische technieken en de juiste keuze en plaatsing van implantaten, zijn belangrijke overwegingen voor succesvol gebruik van de Minuteman door de chirurg. Verder worden de resultaten sterk beïnvloed door de juiste keuze en therapietrouw van de patiënt. Van patiënten die roken is aangehouden dat zij een verhoogde kans hebben op non-union. Deze patiënten moeten over dit feit worden ingelicht en worden gewaarschuwd voor de gevolgen. Zwaarlijvige, ondervoede en/of alcoholische patiënten zijn slechte kandidaten voor spinale fusie. Patiënten met slechte spier- en botkwaliteit en/of zenuwverlamming zijn ook slechte kandidaten voor spinale fusie.

De chirurg moet volledig vertrouwd zijn met alle aspecten van de chirurgische techniek en de indicaties en contra-indicaties voor dit type implantaat kennen. Alvorens met de chirurgische ingreep te beginnen, moet de chirurg bekend zijn met de specifieke techniek voor het inbrengen van het implantaat. Deze is verkrijgbaar bij de fabrikant.

Een implantaat mag nooit opnieuw worden gebruikt, ook al ziet het er ongeschonden of onbeschadigd uit. Ieder implantaat dat geïmplanteerd en daarna verwijderd is, moet worden afgevoerd.

Gebruik bij elke casus uitsluitend nieuwe implantaten. Implantaten mogen niet opnieuw gesteriliseerd worden. Hergebruik van de implantaten kan infectie veroorzaken.

Algemene gebruiksomstandigheden:

De informatie in deze bijsluiter is noodzakelijk maar niet voldoende voor het gebruik van dit hulpmiddel. Deze informatie is niet bedoeld ter vervanging van het professionele oordeel, de vaardigheid en ervaring van de chirurg op het gebied van: zorgvuldige selectie van patiënten; preoperatieve planning; selectie van het hulpmiddel; kennis van de anatomie en biomechanica van de wervelkolom; begrip van het materiaal en de mechanische kenmerken van de gebruikte implantaten; training en vaardigheid in zowel spinale chirurgie als het gebruik van de bijbehorende instrumenten voor implantatie; verkrijgen van de medewerking van de patiënt bij het volgen van een goed gedefinieerd postoperatief behandelprogramma, en het uitvoeren van postoperatieve follow-up onderzoeken.

Preoperatief:

- Als deel van het preoperatieve onderzoek moet de chirurg controleren of er geen factoren, in het bijzonder biologische en biomechanische, zijn die de juiste werking van het implantaat tijdens de operatie en de postoperatieve periode zullen aantasten.
- Uitsluitend patiënten die voldoen aan de onder Indicaties voor gebruik beschreven criteria dienen geselecteerd te worden.
- Patiënten met aandoeningen en/of predisposities zoals vermeld in de bovenstaande contra-indicaties mogen niet worden geselecteerd.
- Het hanteren en opslaan van de componenten van de Minuteman moet met zorg gebeuren. Implantaten en instrumenten moeten tijdens de opslag vooral worden beschermd tegen een corrosieve omgeving.
- Het type constructie dat in een casus gebruikt zal worden moet voorafgaand aan de operatie bepaald worden. Gebaseerd op resultaten van vermoeidheidsstests dient de chirurg rekening te houden met de niveaus van implantatie, het gewicht van de patiënt, het activiteitsniveau van de patiënt, andere aandoeningen van de patiënt enz. die invloed kunnen hebben op de werking van de Minuteman. Er moet een voldoende voorraad implantaten van verschillende maten ten tijde van de operatie beschikbaar zijn, met inbegrip van een overvloed aan implantaten met de maten waarvan wordt verwacht dat ze gebruikt zullen worden en implantaten die groter en kleiner zijn dan die naar verwachting in de patiënt passen.
- Omdat er mechanische onderdelen nodig zijn, moet de chirurg bekend zijn met de verschillende componenten voorafgaand aan het gebruik van de benodigdheden en moet hij/zij elk hulpmiddel persoonlijk in elkaar zetten om te controleren of alle onderdelen en benodigde instrumenten aanwezig zijn voordat de operatie begint. Beschadigde of defecte instrumenten mogen niet worden gebruikt. Neem contact op met de fabrikant voor aanwijzingen voor reparatie of vervanging.
- Alle componenten moeten vóór gebruik worden gereinigd en gesteriliseerd. Aanvullende steriele componenten moeten beschikbaar zijn indien ze onverwacht nodig zijn.

Tijdens de operatie:

- Te allen tijde moet uiterste voorzichtigheid worden betracht rondom het ruggenmerg en de zenuwwortels. Schade aan zenuwen kan leiden tot verlies van neurologische functies.
- Breuk, slippen of verkeerd gebruik van instrumenten of componenten van implantaten kunnen letsel van de patiënt of het operatiepersoneel veroorzaken.
- De juiste selectie van het type en de maat van het implantaat dat geschikt is voor de patiënt, en de plaatsing van het implantaat, zijn uiterst belangrijk voor een maximale kans op een succesvol chirurgisch resultaat.
- Eventuele bottransplantaten moeten worden aangebracht op de plaats waar fusie moet plaatsvinden en in contact zijn met levensvatbaar bot.

Postoperatief:

- De postoperatieve aanwijzingen en waarschuwingen van de arts aan de betreffende patiënt zijn belangrijk voor een maximale kans op een succesvol chirurgisch resultaat. Gedetailleerde instructies betreffende het gebruik en de beperkingen van het hulpmiddel moeten aan de patiënt verstrekt worden. Als overmatig of te vroeg dragen van het lichaamsgewicht of buitensporige spieractiviteit worden afgeraden tijdens de eerste postoperatieve revalidatieperiode, dan moet de patiënt worden gewaarschuwd dat buigen, losraken of breken van de componenten complicaties zijn die kunnen optreden ten gevolge van deze activiteit. De risico's van buigen, losraken of breken van de componenten zijn complicaties die kunnen optreden ten gevolge van deze activiteit, of als de patiënt verzwakt of dement is, of gewichtsdragende hulpmiddelen gebruikt. De patiënt moet ervoor worden gewaarschuwd vallen of plotselinge schokken te vermijden om de kans op buigen, losraken of breken van het interne fixatiehulpmiddel te verminderen.
- Om maximale kansen op een succesvol heelkundig resultaat mogelijk te maken, dient de patiënt of het hulpmiddel niet te worden blootgesteld aan mechanische trillingen waardoor de constructie van het hulpmiddel los kan raken. De patiënt moet worden gewaarschuwd voor deze mogelijkheid en instructies krijgen om fysieke activiteiten, vooral heffen, draaibewegingen en elke soort sportbeoefening te beperken. De patiënt moet worden aangeraden niet te roken en geen nicotineproducten, alcohol of niet-corticosteroïde ontstekingsremmende geneesmiddelen zoals aspirine te gebruiken tijdens het genezingsproces van de bottransplantatie.
- De patiënt moet gewaarschuwd worden dat hij/zij de rug op het punt van de spinale fusie niet zal kunnen buigen, en geleerd worden om deze permanente fysieke beperking in lichaamsbeweging te compenseren.
- Indien zich een non-union ontwikkelt of indien de componenten losraken, verbuigen en/of breken, dient het hulpmiddel onmiddellijk te worden gereviseerd en/of te worden verwijderd voordat ernstige verwonding ontstaat. Als men er niet in slaagt om een vertraagde non-union te immobiliseren, dan zal dit resulteren in overmatige en herhaalde druk op het implantaat. Door het mechanisme van moeheid kan deze druk uiteindelijk buigen, losraken of breken van het (de) hulpmiddel(en) veroorzaken.
- De patiënt moet volledig worden onderricht in de juiste postoperatieve verzorging. Het vermogen en de bereidheid van de patiënt om de aanwijzingen te volgen, en begrip van het belang hiervan, zijn de belangrijkste aspecten van succesvolle postoperatieve genezing.
- Geëxplanteerde chirurgische implantaten mogen nooit opnieuw worden gebruikt.
- Als voorzorgsmaatregel moeten profylactische antibiotica worden overwogen voordat patiënten met implantaten latere operaties (zoals tandheelkundige ingrepen) ondergaan, vooral bij patiënten met een verhoogd risico op infectie.

Steriliteit:

Gammabestraling wordt aangegeven door het symbool "Sterile-R" op het etiket van het Minuteman implantaat. Deze hulpmiddelen blijven steriel zolang de integriteit van de verpakking niet is geschonden.

Verpakking:

De verpakking voor elk van de componenten van de Minuteman moet bij ontvangst intact zijn. Inspecteer elke verpakking vóór gebruik en gebruik de component niet als een afdichting of holte beschadigd of verbroken is of als de uiterste gebruiksdatum is verlopen. Als de verpakking eenmaal is geopend, moet de component worden gebruikt, afgevoerd of naar de fabrikant geretourneerd. Als een geleend of geconsigneerd instrumentensysteem wordt gebruikt,

moet vóór gebruik zorgvuldig worden gecontroleerd of alle sets compleet zijn om te verzekeren dat er geen beschadiging is. Beschadigde verpakkingen of producten mogen nooit worden gebruikt en moeten naar de fabrikant worden geretourneerd.

Hantering en opslag:

De Minuteman implantaten en instrumenten moeten zorgvuldig worden opgeslagen. Vóór gebruik moeten alle instrumenten worden geïnspecteerd op goed functioneren, mogelijke beschadiging, slijtage of niet-functioneren. Beschadigde of defecte instrumenten mogen niet worden gebruikt. Opmerking: houd er rekening mee dat instrumenten op een bepaald moment vervlijten en vervangen moeten worden. Neem contact op met de fabrikant voor aanwijzingen voor reparatie of vervanging.

Aanbevelingen voor verzorging en reiniging van het Minuteman systeem van chirurgische instrumenten:

Zowel fysieke als chemische processen (detergenten) zijn nodig om de bioïburden op alle verontreinigde items te minimaliseren. Chemische reinigingsmiddelen (detergenten) alleen kunnen niet alle vuil en resten verwijderen, daarom is zorgvuldig handmatig reinigen van elk item van essentieel belang voor maximale ontmetting. Spinal Simplicity raadt het gebruik van een zachtwerkend enzymatisch detergent met een bijna neutrale pH aan, dat bereid is volgens de aanwijzingen van de fabrikant. Een zoutoplossing mag NIET worden gebruikt, aangezien zout een corrosieve werking heeft op roestvrij staal. Verwijder zware en grote resten met niet-pluizende wegwerpdoekjes die doordrenkt zijn met een reinigingsoplossing. Dompel de instrumenten onder in een voorbereid bad. Borstel alle oppervlakken van de instrumenten af met een borstel met zachte haren (geen staalborstels gebruiken) terwijl ze in het bad zijn ondergedompeld, en zorg dat al het zichtbare vuil wordt verwijderd. Wanneer van toepassing: maak alle canules, lumens, spleten, groeven en moeilijk bereikbare plaatsen schoon met een pijpenwisser en spuit. Bedien/buig/scharnier alle beweegbare componenten herhaaldelijk tijdens het schoonmaken. Laat de instrumenten gedurende de door de fabrikant aanbevolen tijd in het bereide bad met detergent weken. Het uiteindelijke reinigen en desinfecteren moet worden uitgevoerd door een ultrasoonbehandeling of een automatische cyclus in een was/desinfectietoestel. Hieronder vindt u de aanbevelingen hiervoor:

Ultrasoonbehandeling:

1. Neem de instrumenten uit het bad en spoel ze minstens 3 minuten in leidingwater. Spoel de lumens, gaten en moeilijk te bereiken plaatsen grondig en agressief.
2. Plaats de bereide reinigingsmiddelen in een ultrasoonstoestel. Dompel de instrumenten helemaal onder in de reinigingsoplossing en voer 10 minuten lang een ultrasoonbehandeling uit bij 45-50 kHz.
3. Spoel de instrumenten ten minste 3 minuten in gezuiverd water.
4. Voer een visuele inspectie uit en bepaal of al het zichtbare vuil is verwijderd van de oppervlakken, lumens, canules, spleten, tanden, schroefdraden enz. Als er nog zichtbaar vuil is, herhaalt u de reinigings/desinfectieprocedure.
5. Droog de instrumenten met niet-pluizende, absorberende wegwerpdoekjes en/of medische perslucht (bijv. binnenkanten en canules). Zorg dat u de instrumenten onmiddellijk na het spoelen afdroogt om corrosie te verhinderen.

Automatisch wasstoestel:

1. Neem de instrumenten uit het bad en spoel ze minstens 1 minuut in gezuiverd water. Spoel de lumens, gaten en moeilijk te bereiken plaatsen grondig en agressief.
2. Plaats de instrumenten in een geschikt mandje in een was/desinfectietoestel en laat ze een standaard reinigingscyclus in het was/desinfectietoestel doorlopen. De volgende minimumparameters zijn essentieel voor grondig reinigen en desinfecteren.
 - a. 2 minuten voorwassen met koud leidingwater
 - b. 20 seconden enzym spray met heet leidingwater
 - c. 1 minuut weken in enzym
 - d. 15 seconden spoelen in koud leidingwater
 - e. 2 minuten met detergent wassen met heet leidingwater (64-66 °C/146-150 °F)
 - f. 15 seconden spoelen in heet leidingwater
 - g. 2 minuten thermisch spoelen (80-93 °C/176-200 °F)
 - h. 10 seconden spoelen in gezuiverd water (64-66 °C/146-150 °F)
 - i. 7 tot 30 minuten aan hete lucht drogen (116 °C/240 °F)
3. OPMERKING: de instructies van het was/desinfectietoestel moeten strikt worden opgevolgd. Voer een visuele inspectie uit en bepaal of al het zichtbare vuil is verwijderd van de oppervlakken, lumens, canules, spleten, tanden, schroefdraden enz. Als er nog zichtbaar vuil is, herhaalt u de reinigings/desinfectieprocedure.

Waarschuwing: bepaalde reinigingsoplossingen zoals degene die formaline, glutaraaldehyde, kwik, actief chloor, chloride, broom, bromide, jodium, jodide, en/of alkalische reinigingsmiddelen bevatten, kunnen bepaalde instrumenten beschadigen. Dergelijke reinigingsoplossingen mogen niet worden gebruikt.

Aanbevelingen voor sterilisatie van Minuteman systeem van chirurgische instrumenten:

Voor typische stoomautoclaafcyclus worden de volgende tijden en temperaturen aanbevolen:

1. Voorvacuümsterilisator:

- Dozen, bakken en instrumenten in wikkels, of dozen, bakken en instrumenten, moeten ten minste 3 minuten worden blootgesteld aan 135 °C (275 °F). 30 minuten laten drogen.

Klachten over producten:

Meld vermoede gebreken in productkwaliteit, identiteit, duurzaamheid, betrouwbaarheid, veiligheid, doeltreffendheid en/of werking rechtstreeks aan Spinal Simplicity, LLC. Bij het indienen van een klacht dient u de naam, het onderdeelnummer, partijnummer van de component(en), uw naam en adres, de aard van de klacht en het casusnummer van de patiënt op te geven. Steriliseer alle component(en) en retourneer ze naar Spinal Simplicity, LLC. Breng Spinal Simplicity, LLC onmiddellijk op de hoogte van alle klachten en alle incidenten die resulteren in overlijden of ernstig letsel van een patiënt.

działania produktu należy kierować bezpośrednio do Spinal Simplicity, LLC. Podczas składania zezalania należy podać nazwę elementu, numer części, numer partii, swoje imię i nazwisko oraz adres, rodzaj problemu i numer przypadku pacjenta. Element należy wysterylizować i zwrócić do Spinal Simplicity, LLC. O wszystkich zezaleniach i incidentach, których skutkiem był zgon lub poważny uraz pacjenta, należy niezwłocznie powiadomić Spinal Simplicity, LLC.

PORTUGUÊS (PORTUGAL) INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE O DISPOSITIVO MINUTEMAN DE FUSÃO INTERLAMINAR PARA APÓFISES ESPINHOAS

Objectivo:

O sistema Minuteman é um dispositivo de fusão interlaminaar das apófises espinhosas, desenvolvido para a estabilização da coluna lombar e sagrada nos níveis L1-S1. A implantação é feita usando uma aproximação lateral. Nos níveis de L3 ou superior, recomenda-se uma TAC pré-operatória para assegurar uma trajectória segura até à coluna vertebral.

Descrição:

O Minuteman consiste em placas para apófises espinhosas e instrumentos cirúrgicos. Os implantes são feitos de liga de titânio Ti-6Al-4V ELI segundo os padrões ASTM F136 e Ti-6Al-4V segundo os padrões ASTM F1472.

Cuidado: O Minuteman é fabricado a partir de uma liga de titânio concebida por produzir artefactos na imagiologia de ressonância magnética.

Recomendamos que os pacientes informem a presença do Minuteman antes de realizar um exame de ressonância magnética. Ocultar esta informação pode afectar a qualidade da informação diagnóstica obtida a partir do exame. O Minuteman é seguro para a realização de imagiologia de ressonância magnética.

Indicações de utilização:

O sistema Minuteman é um dispositivo de fusão interlaminaar para apófises espinhosas, desenvolvido para a estabilização da coluna lombar e sagrada (L1-S1). Pode ser usado como um adjuvante para fusão intercorporal e/ou posterior, ou como um dispositivo de fixação independente. O Minuteman é indicado no tratamento das seguintes condições:

- Doença degenerativa do disco
- Estenose espinal
- Espondililolteose

O Minuteman pode ser usado em estruturas simples ou de múltiplos níveis. Pode ser usado sozinho ou em combinação com outros dispositivos espinhosos (por exemplo, parafusos pediculares, parafusos facetários, posicionadores anteriores ou gaiolas intercorporais). O Minuteman pode ser usado com ou sem enxerto ósseo.

Contraindicações:

A utilização do Minuteman é contraindicada em pacientes com:

- Alergia a titânio ou liga de titânio
- Anatomia da coluna, ou doença que impeça a implantação do dispositivo ou torne o dispositivo instável *in situ*, tais como
 - Instabilidade significativa da coluna lombar;
 - Um segmento anquilosado no(s) nível(is) afectado(s);
 - Fractura grave da apófise espinhosa ou *pars interarticularis*;
 - Escoliose significativa (ângulo Cobb superior a 25 graus);
- Diagnóstico de osteoporoze grave
- Infecção sistémica activa ou infecção localizada no local de implantação
- Qualidade ou quantidade óssea insuficiente, o que dificultaria a fixação do dispositivo rígido
- Arco posterior incompetente ou ausente
- Gravidez

Possíveis efeitos adversos:

Relacionados ao dispositivo:

- Deslocamento/migração do implante
- Posicionamento incorrecto do implante
- Fractura da apófise espinhosa
- Cirurgia adicional, incluindo a remoção do dispositivo Minuteman
- Reacção a corpo estranho
- Falha mecânica do dispositivo
- Falha do dispositivo/procedimento em melhorar os sintomas e/ou a função

Relacionados à cirurgia:

- Enfarte do miocárdio
- Infecção
- Lesão dos vasos sanguíneos/sangramento
- Trombose venosa profunda
- Hematoma
- Pneumonia
- Comprometimento do sistema neurológico
- Derrame
- Lesão no nervo ou na medula espinal
- Paralisia
- Formação de trombos
- Complicações no local de doação do enxerto, incluindo dor, fractura ou complicações na cicatrização da ferida
- Laceração dural
- Deiscência da ferida ou atraso na cicatrização
- Dor/desconforto no local da cirurgia
- Morte

Avisos:

Os componentes Minuteman não devem ser conectados aos componentes dos dispositivos de outros fabricantes. Implantes de titânio não devem ser misturados com implantes de aço inoxidável na mesma construção. Um resultado de sucesso nem sempre é alcançado em todos os casos cirúrgicos. Este facto é especialmente verdadeiro em cirurgia da coluna vertebral, onde muitas circunstâncias atenuantes podem comprometer os resultados.

Precauções:

Procedimentos pré-operatórios e operatórios, incluindo conhecimento das técnicas cirúrgicas, selecção e colocação adequada de implantes, são considerações importantes na utilização com sucesso do Minuteman pelo cirurgião. Além disso, a selecção apropriada e a adesão do paciente ao tratamento irão afectar significativamente os resultados. Pacientes que fumam apresentam comprovadamente uma incidência aumentada de não união. Estes pacientes devem ser informados deste facto e alertados sobre as consequências. Pacientes obesos, desnutridos, e/ou alcoolátrats não são candidatos ideais para a fusão espinal. Pacientes com qualidade muscular e óssea pobre e/ou paralisia do nervo também são candidatos inadequados para a fusão espinal.

O cirurgião deve estar totalmente familiarizado com todos os aspectos da técnica cirúrgica e deve conhecer as indicações e as contraindicações deste tipo de implante. Antes de iniciar o procedimento cirúrgico, o cirurgião deve estar familiarizado com a técnica específica para a inserção do implante, que é fornecida pelo fabricante. Nunca reutilize qualquer implante, mesmo que pareça não ter marcas ou não estar danificado. Qualquer implante implantado e posteriormente removido deve ser descartado.

Use apenas novos implantes para cada caso. Os implantes não devem ser esterilizados novamente. A reutilização de implantes pode resultar em infecção.

Condições gerais de utilização:

As informações contidas no folheto são necessárias, mas não suficientes para a utilização deste dispositivo. Estas informações não servem como um substituto para o julgamento profissional, habilidade e experiência do cirurgião para: selecção cuidadosa do paciente; planeamento pré-operatório; selecção do dispositivo; conhecimento da anatomia e biomecânica da coluna vertebral; compreensão do material e das características mecânicas dos implantes utilizados; formação e competência tanto na cirurgia da coluna vertebral como na utilização dos instrumentos associados para a implantação; garantia da cooperação do paciente em seguir um programa de administração pós-operatória adequadamente definido, e na realização de avaliações de acompanhamento pós-operatório.

Pré-operatório:

- Como parte do exame pré-operatório, o cirurgião deve verificar se existem factores, especialmente biológicos e biomecânicos, que possam afectar o desempenho correcto do implante durante a operação e o período pós-operatório.
- Apenas os pacientes que satisfazem os critérios descritos nas Indicações de utilização devem ser seleccionados.
- Pacientes com condições e/ou predisposições tais como as citadas nas contraindicações acima referidas, não devem ser seleccionados.
- A manipulação e a conservação dos componentes Minuteman devem ser realizadas com cuidado. Os implantes e instrumentos devem ser protegidos durante a conservação, especialmente de ambientes corrosivos.
- O tipo de estrutura a montar para o caso específico deve ser determinada antes do início da cirurgia. Com

base nos resultados de testes de fadiga, o cirurgião deve considerar os níveis de implantação, o peso, o nível de actividade e outras condições do paciente, etc. que podem ter um impacto no desempenho do Minuteman. Um inventário adequado de tamanhos de implantes deve estar disponível no momento da cirurgia, incluindo um excesso de tamanhos esperados do implante a utilizar, e de tamanhos de implantes maiores e menores do que os esperados para ajuste no paciente.

- Uma vez que peças mecânicas estão envolvidas, o cirurgião deve estar familiarizado com os vários componentes antes de utilizar o equipamento, e deve reunir pessoalmente cada dispositivo a usar para verificar que todas as peças e instrumentos necessários estão disponíveis antes da cirurgia começar. Instrumentos danificados ou defeituosos não devem ser usados. Entre em contacto com o fabricante para obter instruções de reparação ou substituição.
- Todos os componentes devem ser limpos e esterilizados antes da utilização. Componentes adicionais estéreis devem estar disponíveis em caso de necessidade inesperada.

Intra-operatório:

- Deve ser sempre adoptado extremo cuidado ao redor da medula espinal e das raízes dos nervos. As lesões dos nervos podem resultar em perda de funções neurológicas.
- Quebra, deslizamento, ou uso inadequado de instrumentos ou de componentes de implantes podem provocar lesões ao paciente ou ao pessoal da sala de cirurgia.
- A selecção correcta do tipo e tamanho do implante adequado para o paciente, e do posicionamento do implante, são extremamente importantes para garantir as probabilidades máximas de um bom resultado cirúrgico.
- Se forem usados enxertos ósseos, estes devem ser colocados na área a ser fundida e estar em contacto com o osso viável.

Pós-operatório:

- As instruções e os avisos médicos pós-operatórios para o paciente são importantes para permitir o máximo de probabilidades para um bom resultado cirúrgico. O paciente deve receber instruções detalhadas sobre a utilização e as restrições do dispositivo. Mesmo tendo sido desaconselhado de carregar pesos excessivos ou imediatamente após a cirurgia, ou de realizar excesso de actividade muscular durante o início do período de reabilitação pós-operatório, o paciente deve ser avisado que o afrouxamento, a curvatura ou a quebra dos componentes são complicações que podem ocorrer como resultado destas actividades. Os riscos de afrouxamento, curvatura ou quebra dos componentes são complicações que podem ocorrer como resultado destas actividades, ou se o paciente estiver debilitado, demente, ou usar dispositivos de suporte de pesos. O paciente deve ser alertado para evitar quedas ou choques súbitos, para diminuir a possibilidade de afrouxamento, curvatura ou a quebra do dispositivo de fixação interna.
- Para permitir o máximo de probabilidades para um bom resultado cirúrgico, o paciente ou o dispositivo não devem ser expostos a vibrações mecânicas que podem afrouxar a estrutura do dispositivo. O paciente deve ser avisado desta possibilidade e instruído a limitar as actividades físicas, especialmente levantar pesos, torções e qualquer tipo de participação em actividades desportivas. O paciente deve ser aconselhado a não fumar, não utilizar produtos com nicotina, e não consumir álcool ou medicamentos anti-inflamatórios não esteróides como a aspirina durante o processo de cicatrização do enxerto ósseo.
- O paciente deve ser avisado sobre a sua incapacidade de se dobrar no ponto de fusão espinal e ensinado a compensar essa restrição física permanente no movimento do corpo.
- Se uma não união se desenvolver ou se os componentes soltarem, dobrarem e/ou quebrarem, o(s) dispositivo(s) devem ser reavaliado(s) e/ou removido(s) imediatamente antes da ocorrência de uma lesão grave. Uma falha na imobilização de uma não união óssea retardada de osso resultará em tensões excessivas e repetidas sobre o implante. Pelo mecanismo de fadiga, estas tensões podem provocar eventual afrouxamento, curvatura, ou quebra do(s) dispositivo(s).
- O paciente deve receber instruções completas durante o atendimento pós-operatório. A capacidade e disposição do paciente em seguir, bem como compreender a importância das instruções a seguir, são um dos aspectos mais importantes de uma cicatrização pós-operatória bem sucedida.
- Implantes cirúrgicos explantados nunca devem ser reutilizados.
- Como medida de precaução, antes que os pacientes com implantes passem por qualquer tipo de cirurgia subsequente (tais como procedimentos odontológicos), deve ser considerada a administração de antibióticos profiláticos, especialmente para pacientes com risco aumentado de infecção.

Esterilidade:

A radiação gama é indicada pelo símbolo "estéril-R" na etiqueta do implante Minuteman. Estes dispositivos permanecem estéreis enquanto a integridade da embalagem não tenha sido violada.

Embalagem:

Os pacotes para cada um dos componentes Minuteman devem estar intactos após a recepção. Inspeccione cada pacote antes de usar, e não use o componente se algum selo ou cavidade estiverem danificados ou quebrados, ou se a data de validade tiver sido ultrapassada. Depois de aberto, o componente deve ser usado, descartado, ou devolvido ao fabricante. Se um sistema de instrumentos em empréstimo ou consignação for usado, todos os conjuntos devem ser cuidadosamente verificados para garantir que não existem danos antes da sua utilização. Embalagens ou produtos danificados nunca devem ser utilizados e devem ser devolvidos ao fabricante.

Manipulação e conservação:

Os implantes e instrumentos Minuteman devem ser armazenados com cuidado. Antes da utilização, inspeccione o bom funcionamento, possíveis danos, desgaste ou não funcionamento de todos os instrumentos. Instrumentos danificados ou defeituosos não devem ser usados. Observação: em algum momento, os instrumentos desgastam-se e devem ser substituídos. Entre em contacto com o fabricante para obter instruções de reparação ou substituição.

Recomendações para cuidados e limpeza do sistema de instrumentação cirúrgica Minuteman:

Ambos os processos físicos e químicos (detergente) são necessários para minimizar a biocarga em todos os itens sujos. Somente a limpeza química (detergente) não remove a sujeira e os detritos. Portanto, é essencial uma limpeza manual cuidadosa de cada item para a máxima descontaminação. A Spinal Simplicity recomenda a utilização de um detergente enzimático suave com um pH quase neutro, preparado segundo as instruções do fabricante para a preparação e a utilização. NÃO deve ser usada uma solução salina, por ter um efeito corrosivo sobre o aço inoxidável. Remova os resíduos pesados ou grandes usando toalhetes de uso único, de material não desfiável, embebidos em uma solução de limpeza. Mergulhe os instrumentos no banho preparado. Usando uma escova de cerdas macias (não use escovas de aço), escove as superfícies dos instrumentos enquanto estão submersos no banho, garantindo que toda a sujidade visível seja removida. Sempre que aplicável: use um limpador de câmbio e seringas para limpar todas as cânulas, lúmens, fendas, sulcos e áreas de difícil acesso. Operar/dobrar/articular repetidamente todos os componentes móveis durante a limpeza. Deixe os instrumentos de molho no banho de detergente preparado durante o tempo recomendado pelo fabricante. A limpeza e a desinfecção finais devem ser feitas através de sonicação ou de um aparelho de lavagem/ciclo de desinfecção. Consulte a seguir as recomendações para cada um:

Sonicação:

1. Remova os instrumentos do banho e enxágue com água da torneira durante um mínimo de 3 minutos. Lave rigorosa e minuciosamente o lúmen, orifícios e áreas de difícil acesso.
2. Coloque os agentes de limpeza preparados em uma unidade de sonicação. Submergir completamente os instrumentos na solução de limpeza e sonicar durante 10 minutos a 45-50 kHz.
3. Lave os instrumentos em água purificada por pelo menos 3 minutos.
4. Inspeccione visualmente para determinar se toda a sujidade visível foi removida de superfícies, lúmen, cânulas, fendas, serrilhas, amarrações, etc. Se a sujidade permanecer visível, repita o procedimento de limpeza/desinfecção.
5. Seque os instrumentos usando toalhetes absorventes descartáveis de material não desfiável e/ou ar comprimido para uso médico (por exemplo, interiores e cânulas). Certifique-se de secar completamente os instrumentos imediatamente após o enxaguamento para inibir a corrosão.

Lavadora automática:

1. Remova os instrumentos de banho e enxágue com água purificada durante um mínimo de 1 minuto. Lave rigorosa e minuciosamente o lúmen, orifícios e áreas de difícil acesso.
2. Coloque os instrumentos em uma lavadora/cesta de desinfecção adequada e processe usando um ciclo de limpeza padrão na lavadora/cesta de desinfecção. Os seguintes parâmetros mínimos são essenciais para a completa limpeza e desinfecção.
 - a. 2 minutos de pré-lavagem com água fria da torneira
 - b. 20 segundos de vaporização enzimática com água quente corrente
 - c. 1 minuto de imersão em solução enzimática
 - d. 15 segundos de enxaguamento com água fria corrente
 - e. 2 minutos de lavagem com detergente com água quente da torneira (64-66 °C/146-150 °F)
 - f. 15 segundos de enxaguamento com água quente corrente
 - g. 2 minutos de enxaguamento térmico (80-93 °C/176-200 °F)
 - h. 10 segundos de enxaguamento com água purificada (64-66 °C/146-150 °F)
 - i. 7 a 30 minutos de secagem com ar seco (116 °C/240 °F)

OBSERVAÇÃO: As instruções do fabricante da lavadora/cesta de desinfecção deverão ser rigorosamente respeitadas.

3. Inspeccione visualmente para determinar se toda a sujidade visível foi removida de superfícies, lúmen, cânulas, fendas, serrilhas, amarrações, etc. Se a sujidade permanecer visível, repita o procedimento de limpeza/desinfecção.

Cuidado: certas soluções de limpeza, tais como as que contêm glutaraldeído, formalina, mercúrio, cloro activo, cloreto, brometo, bromo, iodo, iodeto, e/ou produtos de limpeza alcalinos, podem danificar alguns instrumentos. Estas soluções de limpeza não devem ser usadas.

Recomendações para a esterilização do sistema de instrumentação cirúrgica Minuteman:

Para ciclos em autoclave a vapor, os tempos e temperaturas recomendados são:

7. Esterilizador pré-vácuo:

Caixas, bandejas e instrumentos embalados devem ser expostos a 135° C (275° F) por, pelo menos, 3 minutos. Secar durante 30 minutos.

Reclamações sobre o produto:

Informe suspeitas de defeitos na qualidade, identidade, durabilidade, fiabilidade, segurança, eficácia e/ou desempenho do produto directamente à Spinal Simplicity, LLC. Quando enviar uma queixa, forneça o(s) nome(s) do componente(s), número(s) da(s) peça(s), número(s) de lote(s), o seu nome e endereço postal, a natureza da queixa e o número de caso do paciente. Esterilize e devolva todos o(s) componente(s) à Spinal Simplicity, LLC. Notifique imediatamente a Spinal Simplicity, LLC sobre quaisquer queixas e incidentes que resultaram em morte ou lesões graves ao paciente.

**PORTUGUÊS
(BRASIL)**

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE O DISPOSITIVO MINUTEMAN DE FUSÃO INTERLAMINAR PARA PROCESSOS INTERESPINHOSOS

Objetivo:

O sistema Minuteman é um dispositivo de fusão interlaminar dos processos espinhosos, desenvolvido para a estabilização da coluna lombar e sacral nos níveis L1-S1. A implantação é feita usando uma aproximação lateral. Nos níveis de L3 ou superior, recomenda-se uma TC pré-operatória para assegurar uma trajetória segura até a coluna vertebral.

Descrição:

O Minuteman consiste em placas para processos espinhosos e instrumentos cirúrgicos. Os implantes são feitos de liga de titânio Ti-6Al-4V ELI segundo os padrões ASTM F136 e Ti-6Al-4V segundo os padrões ASTM F1472. Atenção: O Minuteman é fabricado a partir de uma liga de titânio conhecida por produzir artefactos na ressonância magnética.

Recomendamos que os pacientes informem a presença do Minuteman antes de realizar um exame de ressonância magnética. Ocultar estas informações pode afetar a qualidade da informação diagnóstica obtida a partir do exame. O Minuteman é seguro para a realização de ressonâncias magnéticas.

Indicações de uso:

O sistema Minuteman é um dispositivo de fusão interlaminar dos processos espinhosos, desenvolvido para a estabilização da coluna lombar e sacral (L1-S1). Pode ser usado como um adjuvante para fusão intercorporal e/ou posterior, ou como um dispositivo de fixação independente. O Minuteman é indicado no tratamento das seguintes condições:

- Doença degenerativa do disco
- Estenose espinhal
- Espondilolistese

O Minuteman pode ser usado em estruturas simples ou de múltiplos níveis. Pode ser usado sozinho ou em combinação com outros dispositivos espinhais (por exemplo, parafusos pediculares, parafusos facetários, posicionadores anteriores ou gaiolas intercorporais). O Minuteman pode ser usado com ou sem enxerto ósseo.

Contraindicações:

O uso de Minuteman é contraindicado em pacientes com:

- Alergia ao titânio ou à liga de titânio
- Anatomia da coluna ou doença que impeça a implantação do dispositivo, ou torne o dispositivo instável *in situ*, tais como:
 - Instabilidade significativa da coluna lombar;
 - Um segmento anquilosado no(s) nível(is) afetado(s);
 - Fratura grave do processo espinhoso ou *pars interarticularis*;
 - Escoliose significativa (ângulo Cobb superior a 25 graus);
- Diagnóstico de osteoporose grave
- Infecção sistêmica ativa ou infecção localizada no local de implantação
- Qualidade ou quantidade óssea insuficiente, o que dificultaria a fixação do dispositivo rígido
- Arco posterior incompetente ou ausente
- Gravidez

Possíveis efeitos adversos:

Relacionados ao dispositivo:

- Deslocamento/migração do implante
- Posicionamento incorreto do implante
- Fratura do processo espinhoso
- Cirurgia adicional, incluindo a remoção do dispositivo Minuteman
- Reação a corpos estranhos
- Falha mecânica do dispositivo
- Falha do dispositivo/do procedimento para melhorar os sintomas e/ou função

Relacionados à cirurgia:

- Infarto do miocárdio
- Infecção
- Lesões dos vasos sanguíneos/sangramento
- Trombose venosa profunda
- Hematoma
- Pneumonia
- Comprometimento do sistema neurológico
- Derrame
- Lesão no nervo ou na medula espinhal
- Paralisia
- Formação de trombos
- Complicações no local de doação do enxerto, incluindo dor, fratura ou complicações na cicatrização da ferida
- Laceração dural
- Deiscência da ferida ou atraso na cicatrização
- Dor/desconforto no local da cirurgia
- Morte

Advertências:

Os componentes Minuteman não devem ser conectados aos componentes dos dispositivos de outro fabricante. Implantes de titânio não devem ser misturados com implantes de aço inoxidável na mesma construção. Nem todos os casos cirúrgicos têm resultados bem sucedidos. Este é especialmente o caso em cirurgias da coluna vertebral, onde muitas circunstâncias atenuantes podem comprometer os resultados.

Precauções:

Procedimentos pré-operatórios e operacionais, incluindo o conhecimento das técnicas cirúrgicas, seleção e colocação adequada de implantes, são considerações importantes na utilização bem sucedida do Minuteman pelo cirurgião. Além disso, a seleção apropriada e a adesão do paciente ao tratamento irá afetar os resultados significativamente. Pacientes que fumam apresentam comprovadamente uma incidência aumentada de não união. Estes pacientes devem ser informados deste fato e alertados sobre as consequências. Os pacientes obesos, desnutridos, e/ou alcoólatras não são candidatos ideais para a fusão espinhal. Pacientes com qualidade muscular e óssea pobre e/ou paralisia do nervo também são candidatos inadequados para a fusão espinhal.

O cirurgião deve estar totalmente familiarizado com todos os aspectos da técnica cirúrgica e deve conhecer as indicações e as contraindicações deste tipo de implante. Antes de iniciar o procedimento cirúrgico, o cirurgião deve estar familiarizado com a técnica específica para a inserção do implante, que é fornecida pelo fabricante.

Nunca reutilize qualquer implante, mesmo que pareça não ter marcas ou não estar danificado. Qualquer implante implantado e posteriormente removido deve ser descartado.

Use apenas novos implantes para cada caso. Os implantes não devem ser esterilizados novamente. A reutilização dos implantes pode resultar em infecção.

Condições gerais de uso:

As informações contidas no folheto são necessárias, mas não suficientes para a utilização deste dispositivo. Estas informações não servem como um substituto para o julgamento profissional, habilidade e experiência do cirurgião para: seleção cuidadosa do paciente; planejamento pré-operatório; seleção do dispositivo; conhecimento da anatomia e biomecânica da coluna vertebral; compreensão do material e as características mecânicas dos implantes utilizados; treinamento e habilidade tanto na cirurgia da coluna vertebral e no uso de instrumentos associados para a implantação; garantia da cooperação do paciente em seguir um programa de administração pós-operatória adequadamente definido, e na realização de avaliações de acompanhamento pós-operatório.

Pre-operatório:

- Como parte do exame pré-operatório, o cirurgião deve verificar se existem fatores, especialmente biológicos e biomecânicos, que possam afetar o desempenho correto do implante durante a operação e o período pós-operatório.
- Somente os pacientes que cumprem os critérios descritos nas indicações Para o Uso devem ser selecionados.
- Pacientes com condições e/ou predisposições tais como as citadas nas contraindicações acima referidas, não devem ser selecionados.
- O manuseio e armazenamento dos componentes Minuteman deve ser feito com cuidado. Os implantes e instrumentos devem ser protegidos durante a armazenagem, especialmente de ambientes corrosivos.
- O tipo de estrutura a ser montada em cada caso deve ser determinada antes do início da cirurgia. Com base nos resultados de testes de fadiga, o cirurgião deve considerar os níveis de implantação, o peso, o nível de atividade e outras condições do paciente, etc. que podem ter um impacto no desempenho do Minuteman. Um inventário adequado de tamanhos de implantes deve estar disponível no momento da cirurgia, incluindo um excesso de tamanhos esperados do implante a serem utilizados e de tamanhos de implantes maiores e menores do que os esperados para ajuste no paciente.
- Uma vez que peças mecânicas estão envolvidas, o cirurgião deve estar familiarizado com os vários componentes antes de utilizar o equipamento, e deve reunir pessoalmente cada dispositivo a ser usado para verificar que todas as peças e instrumentos necessários estão presentes antes da cirurgia começar.

Intraoperatif:

- Omurlilik ve sinir kökleri civarında her zaman son derece dikkatli olunması gerekir. Sinirlerin hasar görmesi nörolojik fonksiyonların kaybına yol açabilir.
- Aletlerin veya implant bileşenlerinin kırılması, kayması ya da yanlış kullanılması hastanın ya da ameliyathane personelinin yaralanmasına sebep olabilir.
- Hastaya uygun tip ve boyutta doğru implant seçimi ve implantın konumlandırılması, başarılı bir cerrahi sonuç alma olasılığını en üst düzeye çıkarmak açısından son derece önemlidir.
- Eğer kullanılıyorsa, kemik greftleri füzyon yapılacak alana yerleştirilmeli ve canlı kemik ile temas halinde olmalıdır.

Postoperatif:

- Doktorun hastaya yönelik ameliyat sonrası talimatları ve uyarıları, başarılı bir cerrahi sonuç alma olasılığını en üst düzeye çıkarmak açısından önemlidir. Cihazın kullanımı ve kısıtlamalarına ilişkin detaylı talimatlar hastaya verilmelidir. Postoperatif rehabilitasyonun erken döneminde aşırı ya da erkenden ağırlık taşıma veya aşırı kas aktivitesi uygun görülüyorsa, hasta bu aktivitelerin sonucu olarak bileşenlerin eğilmesi, gevşemesi veya kırılması komplikasyonlarının oluşabileceği konusunda uyarılmalıdır. Bileşenlerin eğilme, gevşeme veya kırılma riski, bu aktivitenin sonucunda ya da hasta güçten düşmüşse, demans hastasıysa veya ağırlık destekleyici cihaz kullanıyorsa ortaya çıkabilecek komplikasyonlardır. Dahilî fiksasyon cihazının eğilme, gevşeme ve kırılma olasılığını azaltmak için hasta düşme ve ani sarsıntılardan kaçınma konusunda uyarılmalıdır.
- Başarılı bir cerrahi sonuç alma olasılığını en üst düzeye çıkarmak için hastanın ve cihazın, cihaz yapısını gevşetebilecek mekanik titreşimlere maruz kalmaması gerekir. Hasta bu olasılık hakkında uyarılmalı ve fiziksel aktivitelerini kısıtlaması, özellikle kaldırma, kıvrılma ve herhangi bir spora katılma gibi faaliyetlerden kaçınması belirtilmelidir. Hastaya kemik greftinin iyileşme sürecinde sigara içmemesi, nikotin ürünleri, alkol veya aspirin gibi nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar kullanmaması tavsiye edilmelidir.
- Hasta spinal füzyon noktasında eğilemeyeceği konusunda bilgilendirilmeli ve vücut hareketindeki bu kalıcı fiziksel kısıtlamayı nasıl telafi edeceği öğretilmelidir.
- Eğer bir kaynamama durumu gelişir ya da bileşenler gevşer, eğilir ve/veya kırılırsa ciddi bir yaralanma oluşmadan önce cihaz(lar) derhal düzeltilmeli ve/veya çıkarılmalıdır. Kemikteki kaynama gecikmesinin immobilize edilememesi implantı üzerinde aşırı ve tekrarlayan stres oluşumuna yol açar. Yorgunluk mekanizması gereğince bu stresler sonunda cihaz(lar)ın eğilme, gevşeme veya kırılmasına sebep olabilir.
- Hasta uygun postoperatif bakım konusunda tam olarak bilgilendirilmelidir. Hastanın talimatlara uymanın önemini anlamasının yanı sıra talimatlara uyma konusundaki yetenek ve istekliliği, başarılı bir postoperatif iyileşme sürecinin en önemli yönlerinden biridir.
- Çıkarılan cerrahi implantlar kesinlikle tekrar kullanılmamalıdır.
- Bir önlem olarak, implant taşıyan hastalara, özellikle de enfeksiyon riski yüksek olan hastalara daha sonra herhangi bir cerrahi işlem (dental girişimler gibi) uygulamadan önce profilaktik antibiyotikler düşünülmelidir.

Sterilite:

Minuteman implant etiketi üzerindeki "Sterile-R" simgesi ile gama radyasyonu belirtilmiştir. Ambalaj bütünlüğü bozulmadığı sürece bu cihazlar steril kalırlar.

Ambalaj:

Minuteman bileşenlerinin her birinin ambalajı teslim alındıklarında sağlam ve bozulmamış olmalıdır. Kullanmadan önce her ambalajı kontrol edin ve herhangi bir mühür veya delik hasar görmüş ya da kırılmışsa veya son kullanım tarihi geçmişse bileşeni kullanmayın. Bir kez açıldıktan sonra bileşen kullanılmalı, atılması veya üreticiye iade edilmelidir. Ödünç veya konsinye alet sistemi kullanılıyorsa kullanmadan önce hasar olmadığından emin olmak için tüm setler bütünlük açısından kontrol edilmelidir. Hasarlı ambalajlar veya ürünler kesinlikle kullanılmamalı ve üreticiye iade edilmelidir.

Kullanma ve saklama:

Minuteman implantlar ve aletler dikkatle saklanmalıdır. Kullanmadan önce tüm aletleri doğru çalışma, olası hasar, aşınma ve çalışmaya açısından kontrol edin. Hasarlı veya kusurlu aletler kullanılmamalıdır. Zaman içinde aletlerin eskিয়েceğini ve yenisiyle değiştirilmeleri gerektiğini unutmayın. Onarım veya değiştirme talimatları için üretici ile irtibata geçin.

Minuteman Cerrahi Alet Sisteminin Bakım ve Temizliği için Tavsiyeler:

Tüm kirli parçalar üzerindeki mikrobiyal yükü minimize etmek için hem fiziksel hem de kimyasal (deterjan) işlemler gereklidir. Kimyasal (deterjan) temizleyiciler tek başına tüm kir ve kalıntıyı çıkartamazlar, bu nedenle maksimum arındırma sağlamak için her parçanın dikkatli bir şekilde elle temizlenmesi şarttır. Spinal Simplicity, üreticinin hazırlama ve kullanma talimatlarına uygun olarak hazırlanmış olan pH'ı nötre yakın yumuşak bir enzimatik deterjan kullanmasını tavsiye eder. Salın çözeltili KULLANILMAMALIDIR çünkü salının paslanmaz çelik üzerinde korozif etkisi vardır. Çok veya büyük kalıntıları temizleme çözümüne batırılmış tek kullanımlık, hav bırakmayan mendillerle temizleyin. Aletleri önceden hazırlanmış banyoya batırın. Aletler banyoya batırılmış durumdayken, görünen tüm kirin çıkmasını sağlayacak şekilde tüm yüzeylerini yumuşak bir kıl fırça (çelik fırça kullanmayın) ile fırçalayın. Uygulanabilir tüm durumlarda: tüm kanül, lümen, yanık, oluk ve ulaşılması güç yerleri temizlemek için bir pipo temizleyicisi ve şırınga kullanın. Temizlik sırasında hareketli tüm bileşenleri tekrar tekrar çalıştırın/eğin/birleştirin. Aletleri, üreticinin tavsiye ettiği bekleme süresi boyunca deterjanla hazırlanmış banyoda bekletin. Son temizlik ve dezenfeksiyon, sonikasyon veya otomatik yıkayıcı/dezenfektör vasıtasıyla yapılmalıdır. Her birine ilişkin tavsiyeler aşağıda yer almaktadır:

Sonikasyon:

1. Aletleri banyodan çıkarın ve en az 3 dakika boyunca musluk suyunda durulayın. Lümen, delik ve ulaşılması güç yerleri iyice ve kuvvetlice yıkayın.
2. Hazırlanan temizleme maddelerini sonikasyon ünitesine koyun. Aletleri temizleme çözümüne tamamen batırın ve 45-50 kHz'de 10 dakika boyunca sonikasyon uygulayın.
3. Aletleri en az 3 dakika boyunca saf suda durulayın.
4. Yüzey, lümen, kanül, yanık, tırtık, yiv, vs. gibi yerlerden görünen tüm kirin çıktığını saptamak için görsel olarak kontrol edin. Eğer görünen kir kalmışsa temizleme/dezenfeksiyon işlemini tekrarlayın.
5. Aletleri tek kullanımlık, hav bırakmayan emici mendillerle ve/veya medikal basınçlı hava ile (örn. iç kısımlar ve kanül) kurutun. Korozyonu önlemek için durulamadan sonra aletleri tamamen kurutduğunuzdan emin olun.

Otomatik Yıkayıcı:

1. Aletleri banyodan çıkarın ve en az 1 dakika boyunca saf suda durulayın. Lümen, delik ve ulaşılması güç yerleri iyice ve kuvvetlice yıkayın.
2. Aletleri uygun bir yıkayıcı/dezenfektör sepetine yerleştirin ve standart bir yıkayıcı/dezenfektör temizleme çevriminde işleme tabi tutun. Tam bir temizlik ve dezenfeksiyon için aşağıda belirtilen minimum parametreler şarttır.
 - a. 2 dakika soğuk musluk suyu ile ön yıkama
 - b. 20 saniye sıcak musluk suyu ile enzim püskürtme
 - c. 1 dakika enzimde bekleme
 - d. 15 saniye soğuk musluk suyu ile durulama
 - e. 2 dakika sıcak musluk suyu ile deterjanla yıkama (64-66°C/146-150°F)
 - f. 15 saniye sıcak musluk suyu ile durulama
 - g. 2 dakika termal durulama (80-93°C/176-200°F)
 - h. 10 saniye saf suda durulama (64-66°C/146-150°F)
 - i. 7 ila 30 dakika sıcak havayla kurutma (116°C/240°F)

NOT: Yıkayıcı/dezenfektör üreticisinin talimatlarına tam olarak uyulmalıdır.

3. Yüzey, lümen, kanül, yanık, tırtık, yiv, vs. gibi yerlerden görünen tüm kirin çıktığını saptamak için görsel olarak kontrol edin. Eğer görünen kir kalmışsa temizleme/dezenfeksiyon işlemini tekrarlayın

Dikkat: formalin, glutaraldehid, cıva, aktif klor, klorür, brom, bromür, iyot, iyodür ve/veya alkalın temizleyiciler içeren bazı temizleme çözümleri bazı aletlere hasar verebilir. Bu tür temizleme çözümleri kullanılmamalıdır.

Minuteman Cerrahi Alet Sisteminin Sterilizasyonu için Tavsiyeler:

Tipik buharlı otoklav çevrimleri için tavsiye edilen süre ve sıcaklıklar aşağıda verilmiştir:

1. Ön Vakumlu Sterilizatör:

Sarılmış kılıflar, tepsil ve aletler veya kılıflar, tepsil ve aletler en az 3 dakika süreyle 135° C (275° F) sıcaklığa tabi tutulmalıdır. 30 dakika süreyle kurutun.

Ürün Şikayetleri:

Ürün kalitesi, kimliği, dayanıklılığı, güvenilirliği, emniyeti, etkinliği ve/veya performansı hakkında şüphelendiğiniz yetersizlikleri doğrudan Spinal Simplicity, LLC'ye bildirin. Bir şikayet formu doldururken bileşen adını (adlarını), parça numarasını (numaralarını), lot numarasını (numaralarını), isminizi ve adresinizi, şikayetin türünü ve hasta vaka numarasını belirtin. Tüm bileşenleri sterilize edin ve Spinal Simplicity, LLC'ye geri gönderin. Tüm şikayetleri ve hastanın ölümlü ya da ciddi şekilde yaralanmasıyla sonuçlanan tüm olayları derhal Spinal Simplicity, LLC'ye bildirin.